

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չունլի, (CHUNLI),	Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ	Չունլի, (CHUNLI),	Չինաստան	1 Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - Էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հողի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը: Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15.), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են. համապատասխանաբար. Չափի՝

երկարության մմ , օֆսեթի մմ, 130/
37,5,135/ 38, 140/ 38,5, 145/ 39, 150/
40, 155/ 41. 160/ 42: Կոնաձև
ձևավորում, որն ապահովում է
լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝
նվազեցնելով տեղում
միկրոշարժումները: Մակերեսային
փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝
մշակված կոմերցիոն մաքուր
տիտանի մետաղական
հատիկներով: Սա նպաստում է
կենսաբանական ֆիքսացմանը՝
ոսկրի աճի միջոցով: Ռադիալ
շերտավոր կառուցվածք, որը
ուղղում է շրջափակում առաջացած
լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝
նվազեցնելով ինտրասպերատիվ
կոտրվածքների
ռիսկը: Նկարագրություն.
Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ)
կամ վնասվածքի հետևանքով
վնասված հողերի փոխարինման
համար նախատեսված ստերիլ,
իմպլանտացվող արհեստական
կոնքագդրային հող, որը բաղկացած
է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1.
Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2.
Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3.
Ազդրոսկրի գլխիկ, 4.

Քացախափոսային գավաթի ներդիր,
5. Քացախափոսային գավաթ
ցեմենտային, 6. Քացախափոսային
գավաթ ոչ ցեմենտային 7.
Քացախափոսային գավաթի
պտուտակներ: 8. Կոնք-ազդրային
հողի ցեմենտային երկբևեռ
մոդուլյար էնդոպրոթեզ : Բոլոր
կոմպոնենտները պետք է լինեն
միևնույն արտադրողի կողմից
արտադրված, որպեսզի ապահովվի
նրանց ճշգրիտ
համատեղելիությունը միմյանց հետ:
Կոմպոնենտների տեղադրման
համար մրցույթը հաղթող
մատակարարը մատակարարման
ամբողջ ժամանակահատվածի
համար անհատույց պետք է
ապահովի էնդոպրոթեզավորման
համար անհրաժեշտ ուժային
գործիքներով, մասնավորապես.
օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված
օրթոպեդիկ շաղափով:Պարտադիր
պայման է CE MARK կամ FDA որակի
վկայականների առկայություն,
արտադրողի կողմից տրվող
համապատասխանության
հավաստագրի (ավտորիզացիոն
նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի

առկայությունը: Մասնակիցը հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում՝ տրամադրելով իմպլանտների ողջ շարքը և

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**предлагаемого товара**

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					