

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Spirox Pro	Qingdao Meditech Equipment Co.,Ltd.	Spirox Pro	Qingdao Meditech Equipment Co.,Ltd.	Դյուրակիր սպիրոմետր VC, FVC, MVV չափումներ անելու հնարավորությամբ: Շնչառության ժամանակի չափում՝ VC՝ 50 վայրկյան, FVC՝ 25 վայրկյան, MVV՝ 12 վայրկյան: Չափման միջակայք՝ տարողության միջակայք՝ 0L ~ 9L, Հոսքի արագության միջակայք՝ 0 ~ 14լ/վ: Չափման ճշգրտություն՝ տարողությունը՝ 0L ~ 1.6 L (± 50մլ), 6լ ~ 9 Լ (± 3%): Հոսքի արագությունը՝ 5% կամ 0.2լ/վ: Շնչառության հաճախականությունը՝ 4/20 ~ /րոպե (± 1 րոպե): Մեծ Էկրանի առկայություն (320x240):

				Ներկառուցված հիշողությունը հնարավորություն ունի պահպանելու 300 հետազոտության արդյունք: Ներկառուցված ջերմային տպիչի պարտադիր առկայություն: Ծրագրային ապահովման առկայություն: Սարքը նոր է, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2025թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները: Երաշխիքը սարքի համար 24 ամիս է: Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE, հավաստագրերի առկայություն: Մատակարարը կապահովի սարքի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQPC-ECXCTQF-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Spirox Pro	Qingdao Meditech Equipment Co.,Ltd.	Spirox Pro	Qingdao Meditech Equipment Co.,Ltd.	Портативный спирометр с возможностью измерения ЖЕЛ, ФЖЕЛ, MVV. Измерение времени дыхания: ЖЕЛ: 50 секунд, ФЖЕЛ: 25 секунд, MVV: 12 секунд. Диапазон измерения: диапазон объемов: 0-9 л, диапазон скорости потока: 0-14 л/с. Точность измерения: объем: 0-1,6 л (± 50 мл), 6-9 л ($\pm 3\%$). Скорость потока: 5% или 0,2 л/с. Частота дыхания: 4/20 ~ /мин (± 1 мин). Наличие большого экрана (320x240). Встроенная память должна вмещать не менее 300 результатов

					измерений. Обязательно наличие встроенного термопринтера. Наличие программного обеспечения. Устройство должно быть новым, неиспользованным, произведенным не ранее 2025 года и включать все необходимые аксессуары для полноценной работы. Гарантия на устройство должна составлять не менее 24 месяцев. Сертификаты: ISO-13485, CE, наличие сертификатов. Поставщик должен обеспечить установку, тестирование, настройку и обучение работе с устройством по адресу, указанному покупателем.
--	--	--	--	--	---