

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
71	Guangzhou Sunshine Electronic Technology	M9T	Չինաստան	<p>Հավաքածուն իր մեջ ներառում է 4 միկրոսկոպ, 4 լույսի աղբյուր: Վիրաբուժական միկրոսկոպի տեսակ՝ ստերոսկոպիկ տրինոկուլյար: Օպտիկական համակարգի ստանդարտ մեծացումը 7-45 անգամ, լրացուցիչ լինզաներով՝ առաջին լինզան 0.5X տալիս է 3.5-22.5 անգամ մեծացում, երկրորդ լինզա 2X տալիս է 14-90 անգամ մեծացում: Օկուլյարները WF 10X/20X, միջբիբախային հեռավորություն 55-75մմ, մեխանիկական կառավարմամբ դիօպտրիկ համակարգ՝ մեկ աչքի համար -5D-ից +5D: Լինզաների հավաքածուն պարունակում է 0.5X CTV ադապտեր տեսախցիկի համար, 0.5X Pown Lens՝ մեծացնում է աշխատանքային հեռավորությունը, 2X Down Lens մեծացնում է խոշորացումը, Oil Protection Lens՝ պաշտպանում է օպտիկական յուղից, ֆյուլից և գոլորշիներից: Միկրոսկոպի</p>

			<p>շտատիվի հիմքի լայնությունը 20սմ, երկարությունը 30սմ, հաստությունը 2,5-3սմ (±5%) : Ունի ուղղահայաց կառավարում մինչև 25սմ: Պատրաստված է այլումինե համաձուլվածքից: Լույսի աղբյուրը մեխանիկական կառավարումով, կետային լուսավորության ապահովմամբ, լեդ լամպերի քանակը` 50-60 հատ, 220V սնուցմամբ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից` 12 ամիս: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом
ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
71	Guangzhou Sunshine Electronic Technology	M9T	Չինաստան	<p>Հավաքածուն իր մեջ ներառում է 4 միկրոսկոպ, 4 լույսի աղբյուր: Վիրաբուժական միկրոսկոպի տեսակ՝ ստերոսկոպիկ տրինոկուլյար: Օպտիկական համակարգի ստանդարտ մեծացումը 7-45 անգամ, լրացուցիչ լինզաներով՝ առաջին լինզան 0.5X տալիս է 3.5-22.5 անգամ մեծացում, երկրորդ լինզա 2X տալիս է 14-90 անգամ մեծացում: Օկուլյարները WF 10X/20X, միջբիբախային հեռավորություն 55-75մմ, մեխանիկական կառավարմամբ դիօպտրիկ համակարգ՝ մեկ աչքի համար -5D-ից +5D: Լինզաների հավաքածուն պարունակում է 0.5X CTV ադապտեր տեսախցիկի համար, 0.5X Pown Lens՝ մեծացնում է աշխատանքային հեռավորությունը, 2X Down Lens մեծացնում է խոշորացումը, Oil Protection Lens՝ պաշտպանում է օպտիկական յուղից, ֆյուլից և գոլորշիներից: Միկրոսկոպի</p>

				<p>շտատիվի հիմքի լայնությունը 20սմ, երկարությունը 30սմ, հաստությունը 2,5-3սմ (±5%) : Ունի ուղղահայաց կառավարում մինչև 25սմ: Պատրաստված է այլումինե համաձուլվածքից: Լույսի աղբյուրը մեխանիկական կառավարումով, կետային լուսավորության ապահովմամբ, լեդ լամպերի քանակը` 50-60 հատ, 220V սնուցմամբ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից` 12 ամիս: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	---