ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Տիգրան Կուպալյան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 3,5 մմ արգելափակող պտուտակների և 3,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնվազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

						ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ՝ 4 անցք, 5 անցք: Ձախ՝ 4 անցք, 5 անցք: Գործիքի անվանում՝ շաղափի ուղղորդիչ 3,5մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար, 2,8 մմ ներքին տրամագծով-1հատ, շաղափ 2,8 մմ-1հատ, շաղափ 2,7 մմ-1հատ, շաղափ 2,5 մմ-1հատ, 3,5 մմ արգելափակող պտուտակի

					սահմանափակ ուժով պտուտակահան-1հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия в платформе должны быть рассчитаны на винты с фиксатором 3,5 мм и другие винты 3,5 мм. Производственная организация должна иметь как минимум сертификат ISO 9001:2015 и как минимум сертификат ISO 13485:2016, имплантат должен иметь сертификат CE, поставщик должен предоставить оснастку для установки платформы. В соответствии со статьей 2 Закона РА НО-325-N «О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ», Участник должен

					представить вместе с Заявкой сертификат соответствия, разрешительное письмо (гарантийное письмо), предоставленное производителем изделия, а на этапе исполнения договора — сертификат происхождения, предоставленный производителем изделия. Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием изделия. По запросу заказчика для хранения предоставляется одна из перечисленных ниже платформ, а по запросу после использования она доставляется в течение 24 часов. Справа: 4 отверстия, 5 отверстий. Слева: 4 отверстия, 5 отверстий. Наименование инструмента: направляющая для сверла для отверстий под стопорные винты 3,5 мм, внутренний диаметр 2,8 мм — 1 шт., сверло 2,8 мм — 1 шт., сверло 2,7 мм — 1 шт., сверло 2,5 мм — 1 шт., отвертка с ограничителем усилия для стопорных винтов 3,5 мм — 1 шт.