

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Մեխի երկարությունը պետք է լինի 210 մմ, Պրոքսիմալ անցքերից մեկը նախատեսված 8,0մմ պտուտակի համար, մյուսը 6,4մմ պտուտակի համար, հեռակա 2 անցքով նախատեսված 4,9մմ լոքինգ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ

				ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: մատակարարը պետք է ապահովի մեխի տեղադրման համար գործիքակազմը: Մեխը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված մեխերից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 130° և 135° վզիկ-մարմին անկյուն, հաստություն՝ 9 մմ, 10 մմ, 11 մմ, 12 մմ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
48	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Длина гвоздя должна составлять 210 мм, одно из проксимальных отверстий предназначено для винта 8,0 мм, другое — для винта 6,4 мм, а два дистальных отверстия — для фиксирующих винтов 4,9 мм. Производственная организация должна иметь как минимум сертификат ISO 9001:2015 и как минимум сертификат ISO 13485:2016. Имплантат должен иметь сертификат CE. В соответствии со статьей 2 Закона Республики Армения НО-325-N «О медицинской помощи и

				обслуживании населения», Участник должен предоставить сертификат соответствия, разрешительное письмо (гарантийное письмо), предоставленное производителем продукции вместе с Заявкой, и сертификат происхождения, предоставленный производителем продукции на этапе исполнения контракта. Поставщик должен предоставить оснастку для установки гвоздя. Гвоздь должен иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукта. По запросу клиента для хранения необходимо предоставить один из перечисленных ниже гвоздей, а после использования, по запросу, его необходимо доставить в течение 24 часов. Угол между шейкой и корпусом: 130° и 135°, толщина: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм.
--	--	--	--	---