ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	-	-	Սարքավորումը նախատեսված է պինդֆազային էքստրակցիայի (SPE) և նմուշների ֆիլտրման համար՝ օգտագործելով վակուում: Դիրքերի քանակ՝ 12 Հեղուկի հետ շփվող նյութ՝ իներտ (տեֆլոն, պոլիպրոպիլեն) Կորպուսի նյութ՝ բորոսիլիկատային ապակի Կափարիչ՝ 12 փականով (Luer տիպի մուտքային միակցիչով): Փականները տեղադրված են երկու մակարդակով՝ օպերատորի համար գործընթացը դիտարկելու հարմարավետություն ապահովելու նպատակով: Ելքային վարդակներ՝ յուրաքանչյուր դիրքում տեղադրված են տեֆլոնային ելքային վարդակներ՝ SՖԷ քարտրիջից լուծիչը հեռացնելու կամ հավաքելու համար: Փորձանոթների անցքեր՝ 12 մմ տրամագծով կլոր կամ կոնաձև հատակով փորձանոթների համար Կոմպլեկտում՝ Վակուումաչափ՝ կարգավորող և արտանետման փականներով, ինչպես նաև մանոմետր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և

			Մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	-	-	Սարքավորումը նախատեսված է պինդֆազային էքստրակցիայի (SPE) և նմուշների ֆիլտրման համար՝ օգտագործելով վակուում: Դիրքերի քանակ՝ 12 Հեղուկի հետ շփվող նյութ՝ իներտ (տեֆլոն, պոլիպրոպիլեն) Կորպուսի նյութ՝ բորոսիլիկատային ապակի Կափարիչ՝ 12 փականով (Luer տիպի մուտքային միակցիչով): Փականները տեղադրված են երկու մակարդակով՝ օպերատորի համար գործընթացը դիտարկելու հարմարավետություն ապահովելու նպատակով: Ելքային վարդակներ՝ յուրաքանչյուր դիրքում տեղադրված են տեֆլոնային ելքային վարդակներ՝ SՖԷ քարտրիջից լուծիչը հեռացնելու կամ հավաքելու համար: Փորձանոթների անցքեր՝ 12 մմ տրամագծով կլոր կամ կոնաձև հատակով փորձանոթների համար Կոմպլեկտում՝ Վակուումաչափ՝ կարգավորող և արտանետման փականներով, ինչպես նաև մանոմետր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և

			Մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: