ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/52 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	-	-	30 լ ծավալով լաբորատոր ուլտրաձայնային ջրային բաղնիք, պտք է ունենա երկակի ֆիզիկական ռեզոնանսային հաճախականության համակարգ՝ 28±10% kHzև 40±10% kHz, որը թույլ է տալիս փոխել ուլտրաձայնային հաճախականությունը ըստ լվացման տարբեր նպատակի՝ հարմար մաքրում տարբեր նյութերի և մակերեսների համար: Սնուցում և էլեկտրական համապատասխանություն. Մատակարարման լարը՝ 220–240 V, 50-60 Hz: Ուլտրաձայնային հզորություն՝ 600±20% W: Ժամաչափ՝ 1–99 րոպե կարգավորում: Ջերմաստիճան՝ 0–100 °C կարգավորում: Սարքի ներքին չափերը կազմում են 500±10% × 300±10% × 200±10% մմ (ենթակա է փոփխման, պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո), ինչը հնարավորություն է տալիս միաժամանակ մշակել տարբեր չափերի նմուշներ կամ մի քանի տարաներ: Սարքի աշխատանքային մասը պատրաստված պետք է լինի բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից (SUS304), ինչը ապահովում է երկարատև շահագործում, դիմադրություն ջերմային և քիմիական ազդեցությունների նկատմամբ և

			համապատասխանում է լաբորատոր սարքավորումների անվտանգության պահանջներին: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	30 լ ծավալով լաբորատոր ուլտրաձայնային ջրային բաղնիք, պտք է ունենա երկակի ֆիզիկական ռեզոնանսային հաճախականության համակարգ՝ 28±10% kHzև 40±10% kHz, որը թույլ է տալիս փոխել ուլտրաձայնային հաճախականությունը ըստ լվացման տարբեր նպատակի՝ հարմար մաքրում տարբեր նյութերի և մակերեսների համար: Սնուցում և էլեկտրական համապատասխանություն. Մատակարարման լարը՝ 220–240 V, 50-60 Hz: Ուլտրաձայնային հզորություն՝ 600±20% W: Ժամաչափ՝ 1–99 րոպե կարգավորում: Ջերմաստիճան՝ 0–100 °C կարգավորում: Սարքի ներքին չափերը կազմում են 500±10% × 300±10% × 200±10% մմ (ենթակա է փոփխման, պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո), ինչը հնարավորություն է տալիս միաժամանակ մշակել տարբեր չափերի նմուշներ կամ մի քանի տարաներ: Սարքի աշխատանքային մասը պատրաստված պետք է լինի բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից (SUS304), ինչը ապահովում է երկարատև շահագործում, դիմադրություն ջերմային և քիմիական ազդեցությունների նկատմամբ և

			համապատասխանում է լաբորատոր սարքավորումների անվտանգության պահանջներին: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: