

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Tellyes	TYE9048	Նորածնային վերակենդանացման սիմուլյատոր Այս սիմուլյատորը իրատեսական, լիարժեք ժամկետում ծնված արական սեռի նորածին Է՝ անատոմիական ճշգրտությամբ, որը նախատեսված է նորածնի կյանքի առաջին տասը րոպեների ընթացքում անհրաժեշտ վերակենդանացման կարևոր հմտություններ ուսուցանելու համար, այն պետք է համապատասխանի նորածնային վերակենդանացման ծրագրի և նորածնային կլինիկական վերապատրաստման այլ ծրագրերի մեծ մասի հիմնական բաղադրիչներին: Առնվազն հետևյալ հմտությունների ուսուցում՝ • Նորածնի սիրտ-թոքային վերակենդանացում • Շնչափողի ինտուբացիա • Դրական ճնշման օդափոխություն • Սելլիկի մանևր • Շնչուղիների մաքրում • Պորտալարային երակի ինտուբացիա և խնամք • Նորածնի գրկման մեթոդ Հատկանիշներ՝ Անատոմիա Մանուկ՝ անտերիոր ֆոնտանել (anterior fontanelle), հետին ֆոնտանել (posterior fontanelle), սկապուլայի ստորին անկյուն (Inferior angle of scapula), պորտալար, սեռական օրգաններ և այլն: Ճկուն հոդեր՝ ինչպիսիք են

բիլատերալ ուսը, արմունկը, ազդր և այլն: Շնչուղիներ՝ լեզու, քիմք, մակկոկորդ, կերակրափողի վերին բացվածք, ձայնալարեր, շնչափող և այլն:

Մանեկենը պետք է լինի իրատեսական Հիմնական առանձնահատկություններ՝ 1. Ճկուն հոդերը թույլ են տալիս վերջույթների պրոնացիա և սուպինացիա: 2. Եթե նորածնի գլուխը չի պահվում գրկելու ժամանակ, կարող է առաջանալ պարանոցի հիպերձգման էֆեկտ, և նորածնի գլուխը կարող է պասիվ կերպով կատարել ձգման, թեքման և ծալման շարժումներ: 3. Մոդելը կարող է տեղադրվել քթի ասպիրացիայի դիրքում, և 10F ներծծող խողովակը կարող է մաքրել շնչուղիները բերանի և քթի միջոցով: 4. Դեմքի կառուցվածքը/կոնտուրը համապատասխանեցնում է դիմակին՝ ապահովելով օդի արտահոսքի բացակայություն օդափոխման ընթացքում: 5. Ճշգրիտ շնչուղիների կառուցվածքը ամբողջությամբ արտացոլում է նորածինների առանձնահատկությունները, մակկոկորդը երկար է և ունի ժամսլաքի ուղղությամբ պտտվող «C» ձև, մակկոկորդը գտնվում է կոկորդի բացվածքի վերևում: Շնչափողային ինտուբացիան հնարավոր է կատարել 3.0 մմ ներշնչափողային խողովակով : Գլուխը կարելի է թեքել հետ՝ շնչուղին բացելու համար և Սելլիկի մանևրի ընթացքում կոկորդը հեշտությամբ տեսանելի է: 6. Դրական ճնշման օդափոխությունը կարող է իրականացվել ամբու պարկի միջոցով: Այն կարող է նաև գործարկվել հաջող շնչափողի ինտուբացիայից հետո պարկը միացնելով: 7. Մոդելը կարող է միացվել T-տիպի վերակենդանացման սարքի (T-piece resuscitator) հետ շարունակական դրական ճնշմամբ օդափոխության համար: T-տիպով PIP և PEEP հայտնաբերված արժեքների շեղումը չի գերազանցում ± 2 : 8. Կարող է իրականացվել նորածնային կրծքավանդակի սեղմում, սեղմման խորությունը պետք է լինի կրծքավանդակի անտերիոր և պոստերիոր տրամագծի առնվազն մեկ երրորդը, և հնարավոր է կիրառել երկու բուժ մատով օղակաձև սեղմման տեխնիկան: 9. Իմիտացված պորտալարը պարունակում է 2 պորտալարային զարկերակ և 1 պորտալարային երակ, որոնք տեսանելի են լայնական

			կտրվածքում, իմիտացված արյունը կարող է անընդհատ հոսել: Պորտալարային զարկերակը կարող է շոշափվել: Ինտուբացիան հնարավոր է պորտալարային երակում, ինտուբացիայի խորությունը պետք է լինի պորտի արմատից ոչ պակաս, քան 5 սմ ներքև: Պետք է հնարավոր լինի ներարկել իրական դեղամիջոց պորտալարային երակ: 10. Պորտալարը փոխարինելի է, հնարավոր է կտրել, և թույլատրվում է կատարել կապում և ծայրի խնամք: 11. Առկա են տարբեր կլինիկական գործողությունների սցենարներ: Քաշ ոչ ավել, քան 5 կգ Բաղադրիչներ՝ Նորածնի վերակենդանացման սիմուլյատոր - 1 հատ Պորտալար - 1 հատ Ներարկման հավաքածու - 1 հատ Դրենաժային հավաքածու- 1 հատ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 12 ամիս: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-11-БПРЗ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
10			