

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊԵԱՃ26-11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                     |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                  | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60                 | ինդիկատոր<br>ավտոկլավի 121CO;<br>132CO | ВИНАР               | "ВИНАР" ООО            | Թեստ զույգ ավտոկլավի համար, ավտոկլավի ստերիլիզացիոն գործընթացի վերահսկման համար: Ձերմաստիճանի ճնշման և գոլորշու ներթափանցման ստուգում: Քիմիական ինդիկատոր, գույնի հստակ փոփոխություն գոլորշու ազդեցության տակ: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ 1210 C 15-20 րոպե, 1320 C-1340 C – 3-5 րոպե: Չափսերը ստանդարտ, մ/ս, պիտանելիության ժամկետը՝ 2-3 տարի: Համապատասխանում է ISO 11140-1 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БННУД26-11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование                            | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60         | Индикатор д/автоклава МедИС-120/45-01-1; 132/20-1 | ВИНАР         | "ВИНАР" ООО                | Ультразвуковой, используется при ультразвуковых исследованиях; прозрачный или светло-голубой гель, без запаха или со слабым запахом, на водной основе. Совместим со всеми ультразвуковыми аппаратами, не повреждает датчики. Флакон-капельница 250 мл, срок годности 3-5 лет, условия хранения 5-30°C, вдали от солнечных лучей и морозов; соответствует стандарту ISO 13485 (по данным производителя). |