ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սպիրոմետր	Սպիրոմետր	Սպիրոմետր	Սպիրոմետր	Դյուրակիր սպիրոմետր VC, FVC, MVV չափումներ անելու հնարավորությամբ: Շնչառության ժամանակի չափում՝ VC՝ 50 վայրկյան, FVC՝ 25 վայրկյան, MVV՝ 12 վայրկյան: Չափման միջակայք՝ տարողության միջակայք՝ 0լ~ 9լ, Հոսքի արագության միջակայքը՝ 0 ~ 14լ/վ: Չափման ճշգրտություն՝ տարողությունը՝ 0L ~ 1.6 L (± 50մլ), 6լ ~ 9 լ (± 3%): Հոսքի արագությունը՝ 5% կամ 0.2լ/վ: Շնչառության հաճախականությունը՝ 4/20 ~ /րոպե (± 1 րոպե): Մեծ էկրանի առկայություն (320x240):

					Ներկառուցված հիշողությունը պետք է հնարավորություն ունենա պահպանելու ոչ պակաս քան 300 հետազոտության արդյունք: Ներկառուցված ջերմային տպիչի պարտադիր առկայություն: Ծրագրային ապահովման առկայություն: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2025թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները: Երաշխիքը սարքի համար պետք է լինի առնվազն 24 ամիս:Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE, հավաստագրերի առկայություն: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					