

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Ասպիրացիոն բիոպսիայի ասեղ	Zhejiang Curaway Medical Technology CO., LTD	Chiba տեսակի ասեղ նախատեսված ապիրացիոն բիոպսիաների համար: Հաստությունը 18G երկարությունը 15սմ: Ասեղը պետք է ունենա էխոգենիկ ծայր, խորության վերահսկման համար նախատեսված stopper, ներթափանցման խորությունը ցույց տվող գծանշումներ, թափանցիկ Luer cone, նմուշառման վերահսկման համար, գունային կոդավորում: Որակի հսկման սերտիֆիկատներ, առնվազն ISO:13485 և MDR APROVED CE: Գնահատման փուլում մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել նմուշ՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ишхшр UПC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЧ-ЕУДУПЗР-26/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
16			