

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պահարան Crash cart	Liaison Medical	Պահարան Crash cart	Anhui Liaison Medical Equipment Co., Ltd.	"«Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ (Crash cart)» Այն պետք է նախատեսված լինի հաստատություններում անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպման համար: Սայլակը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ, ամուր և հուսալի նյութերից, որոնք կապահովեն դրա անվտանգ և երկարատև շահագործումը: Սայլակի բոլոր արտաքին և ներքին մակերեսները պետք է լինեն հարթ, հեշտ մաքրվող և դիմացկուն՝ բազմակի անգամ ախտահանիչ և մաքրող միջոցներով

մշակմանը:Սայլակը պետք է լինի շարժական, համալրված առնվազն 4 (չորս) անիվով, որոնցից նվազագույնը 2-ը՝ արգելակային մեխանիզմով: Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի սայլակի կայունությունը և հեշտ տեղաշարժը շահագործման ընթացքում:Սայլակը պետք է ունենա առնվազն 5 (հինգ) դարակ՝ բժշկական պարագաների և դեղերի անվտանգ և դասավորված պահեստավորման համար: Դարակները պետք է լինեն ամուր, հեշտ բացվող և փակվող: Սայլակը պետք է ունենա կնքման (seal) հնարավորություն՝ պարունակության ամբողջականության վերահսկման նպատակով: Սայլակի ընդհանուր չափերը պետք է ընտրվեն այնպես, որպեսզի ապահովեն դրա հարմար և անվտանգ շահագործումը բժշկական հաստատության պայմաններում: Սայլակի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 90 սմ և ոչ ավելի, քան 110 սմ: Լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 50 սմ և ոչ ավելի, քան 70 սմ: Խորությունը պետք է լինի ոչ

պակաս, քան 45 սմ և ոչ ավելի, քան 60 սմ: Թույլատրվում են համարժեք չափեր՝ չխախտելով սայլակի ֆունկցիոնալ նշանակությունը: Սայլակի կոնստրուկցիան պետք է ապահովի առնվազն 100 կգ ընդհանուր բեռնվածության դիմակայունություն՝ ներառյալ դարակներում տեղադրված բժշկական պարագաները և սարքավորումները: Յուրաքանչյուր դարակ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս, քան 10-15 կգ բեռնվածության համար: Սայլակի անիվները պետք է ապահովեն սահուն տեղաշարժ՝ ամբողջական բեռնվածության պայմաններում: Սայլակը պետք է ապահովի բժշկական սարքավորումների (ներառյալ՝ դեֆիբրիլյատոր կամ մոնիթոր) տեղադրման կամ ամրացման հնարավորություն: Կոնստրուկցիան պետք է լինի դիմացկուն՝ ինտենսիվ շահագործման պայմաններում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Նախընտրելի գույնը՝ բաց մոխրագույն կամ այլ բաց գույն:

Վերջնական գույնը, արտաքին տեսքը, ձևը և որակը պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: Սայլակը պետք է ապահովված լինի առանձին տարաներով կամ պահոցներով՝ օգտագործված թափոնների, անհրաժեշտ փաստաթղթերի անվտանգ պահման համար: Պահոցները պետք է լինեն ամուր, հեշտ մաքրվող և ախտահանման դիմացկուն, որպեսզի համապատասխանեն հիվանդանոցի հիգիենիկ և անվտանգության պահանջներին: Սայլակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքայնայնայնակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքային վերակենդանացման (CPR) իրականացման համար: Սայլակը պետք է համալրված լինի բժշկական թթվածնի մատակարարման համակարգով, որը պետք է ներառի ստանդարտ բժշկական թթվածնի բալոնի (առնվազն 5-10 լ) ամրացման հատուկ հենակ կամ փակ ամրացման համակարգ՝

					<p>ապահով և կայուն ֆիքսմամբ, թթվածնի ճնշման կարգավորիչ (ռեդուկտոր) մանոմետրով՝ մուտքային և ելքային ճնշման ցուցիչներով, թթվածնի հոսքի կարգավորիչ հոսքի աստիճանական կարգավորման հնարավորությամբ, խոնավացուցիչ տարա ինչպես նաև թթվածնի էլքային միացման պորտ՝ դիմակների կամ այլ շնչառական պարագաների միացման համար:"</p>
<p>ՎՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р-ՀԱԿ-ԷԱԶԳ 12Բ-26/46</p>					<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>
<p>Номер лота</p>				<p>Предлагаемый товар</p>	
<p>1</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара