

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                  | LC-04B              | LC-04B  | RollMed (CHINA)        | Ռոտորի բնիկների քանակը՝ 8×15մլ, ցենտրիֆուգի առավելագույն ծավալը՝ 120մլ, փորձանոթների ադապտերների ներքին տրամագիծը՝ 17×105մմ (±5%): Ցենտրիֆուգը պետք է ապահովի կարգավորվող կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ 2420 ×g՝ 4000 պտ/ր առավելագույն արագության դեպքում, 100-ից մինչև 4000 պտ/ր արագության ընտրության հնարավորությամբ: Արագության, փոփոխության քայլ՝ 100 պտույտ/րոպե, արագացման ժամանակը՝ 15վ, աշխատանքի տևողությունը՝ 0-99 րոպե: Հզորություն՝ 220 /60 Վ/Հց, փորձանոթների ադապտերների չափսերը՝ երկարություն՝100մմ (±0.5մմ), բարձրություն՝ 21մմ (±0.5)մմ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, |

|  |  |  |  |                                                          |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակների<br>ծանոթացնելը: |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|





ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊԶԲ-2026/16-12-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | товарный знак      | марка  | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5          | LC-04B             | LC-04B | RollMed (CHINA)            | Ռոտորի բնիկների քանակը՝ 8×15մլ, ցենտրիֆուգի առավելագույն ծավալը՝ 120մլ, փորձանոթների ադապտերների ներքին տրամագիծը՝ 17×105մմ (±5%): Ցենտրիֆուգը պետք է ապահովի կարգավորվող կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ 2420 ×g՝ 4000 պտ/ր առավելագույն արագության դեպքում, 100-ից մինչև 4000 պտ/ր արագության ընտրության հնարավորությամբ: Արագության, փոփոխության քայլ՝ 100 պտույտ/րոպե, արագացման ժամանակը՝ 15վ, աշխատանքի տևողությունը՝ 0-99 րոպե: Հզորություն՝ 220 /60 Վ/Հց, փորձանոթների ադապտերների չափսերը՝ երկարություն՝100մմ (±0.5մմ), բարձրություն՝ 21մմ (±0.5)մմ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, |

|  |  |  |  |                                                          |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակների<br>ծանոթացնելը: |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|