ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի

						ձևերով և թվային արժեքներով: Դիսփլեյ/էկրան՝ Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ LCD էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, ոչ պակաս քան 12,1”, ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի: Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ: Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600: Մոնիտորի ինտերֆեյսը՝ Ոչ պակաս քան էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով: Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով: Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2.5 ժամ: Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց: Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար: Համակարգի ընդլայնում: Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG,

						RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն: Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ): Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն: Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր: ECG՝ Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ: Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/ րոպե : Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան: NIBP՝ Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. Սյուն: Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ ոչ պակաս քան 2-60 րոպե: Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե: Սրտի

						հաճախության միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում: Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN: Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult ռեժիմ՝ SYS: 40-240 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160 mmHg Neonatal ռեժիմ՝ SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg: Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg: Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg: Պաշտպանություն գերճնշումից՝ Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Չափման միջակայք՝ 1-100%: Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100%: Թողունակությունը՝ 1 %: Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5: Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԳԲԿ-ԷԱՃՄԳՀԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω, Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω, Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հg, Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm, Neo/Ped: 0 -150 rpm, Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե, Ապնօե ահազանգ ՝ 10-40 S: Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) 2 կանալ, Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C, Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C, Ակտուալացման հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն: Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե: Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե: Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրությունը » 2.5 ՄΩ

						ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ, Միջին ժամանակի հաստատունը՝ «10 վրկ.: Պարագաներ՝ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի), NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար, NIBP ճարմանդներ երեխաների համար, NIBP ճարմանդներ նորածինների համար, Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար, Էլեկտրական լար, Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ), SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար: Նշում. Մոնիտորների հետ մատակարարվող ընդհանուր 3 հատ մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներից բացի պետք է մատակարարվի նաև նույն մոնիտորներին համատեղելի նորածինների համար նախատեսված 2 հատ բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներ: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն : Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան

					2025թվականի արտադրության: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք: