

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Hirayer	Hirayer	H650	Shanghai Hirayer Medical Technology Co., Ltd.	<p>Օդի ռեցիրկուլյատոր Դիսփլեյի առկայություն</p> <p>Արտադրողականություն՝ ոչ պակաս քան 100 մ3/ժամ Մանրէաբանական Էֆեկտիվություն՝ ոչ պակաս քան 99.9 % Ոչ պակաս քան 2 ներկառուցված լամպերի առկայություն Մանրէազերծ լամպերի ընդհանուր գումարային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը ոչ պակաս քան 23,5 Ուլտրամանուշակագույն լամպերի կյանքի տևողությունը՝ ոչ պակաս քան 9000ժամ Ձայնային աղմուկը՝ ոչ ավել քան 42 դԲա</p>

				<p>Էլեկտրոսնուցումը՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ երկու լրացուցիչ լամպ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/27  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Hirayer	Hirayer	H650	Shanghai Hirayer Medical Technology Co., Ltd.	Օդի ռեցիրկուլյատոր Դիսփլեյի առկայություն Արտադրողականություն՝ ոչ պակաս քան 100 մ3/ժամ Մանրէաբանական էֆեկտիվություն՝ ոչ պակաս քան 99.9 % Ոչ պակաս քան 2 ներկառուցված լամպերի առկայություն Մանրէազերծ լամպերի ընդհանուր գումարային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը ոչ պակաս քան 23,5 Ուլտրամանուշակագույն լամպերի կյանքի տևողությունը՝ ոչ պակաս քան 9000ժամ Ձայնային աղմուկը՝ ոչ ավել քան 42 դԲա

				<p>Էլեկտրոսնուցումը՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ երկու լրացուցիչ լամպ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---