ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՏԱ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	P1005C-01	Medke	Medke	Պուլսօքսիմետրի տվիչ նորածնային՝ միանգամյա օգտագործման նորածնային SpO2 սենսոր, նախատեսված նորածինների և վաղահասների (1-ից 4 կգ քաշային կատեգորիա) արյան հագեցվածության և պուլսի անընդհատ մոնիտորինգի համար: Կառուցվածքը՝ փաթաթվող (Wrap/Bandage) տիպի, Y-աձև, ֆիքսացիան՝ թաթիկի վրա, նյութը՝ փափուկ հիպոալերգիկ սիլիկոնից կամ բժշկական փրփուրից (Foam)՝ նորածնի նուրբ մաշկի վնասումը բացառելու համար: Լարի երկարությունը՝ առնվազն 90 սմ: Տվիչը պետք է հարտադիր լիարժեք համատեղելի լինի համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող iS10 Express SINOHERO մոնիտորի հետ՝ առանց լրացուցիչ ադապտերների: Չպարունակի լատեքս, լուսադիոդը (LED) չպետք է առաջացնի տեղային գերտաքացում: Նոր

				է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВИТА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
56				