# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Խաչպար ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 21 | վիրաբուժական թելեր | WINNER | PGLA | Huaiyin Medical instruments co., LTD | ԹեԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից,որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից:Թելը պետք է պատված լինի պոլիֆիլամենտից՝ բաղկացածգլիկոլիդի ,լակտիդի և կալցիումի ստեարտի խառնուրդից,ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով:Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար:Թելի պատռման |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%+-3%,3շաբաթից 50%+-2%,4շաբաթից 25%+-2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70օր է:Մետրիկ չափը 3 պայմանական չափը 4/0 թելի երկարությունը 90սմ+-5սմ:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին:Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:Ասեղը ծակող ուժեղացված 1/2 կորության 26մմ-30մմ երկարությամբ:Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Խաչպար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 21 | | | | | |