

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է

գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը կտրող կամ ծակող ըստ պատվիրատուի պահանջի, 22մմ -28մմ Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արժաձուլմ է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը , ասեղի տեսակը, կորությունը , ասեղների քանակը: պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Համարժեք լինի RTMed korea կամ



B/BRAUN

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է

գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը կտրող կամ ծակող ըստ պատվիրատուի պահանջի, 22մմ -28մմ Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արժաձուլմ է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը , ասեղի տեսակը, կորությունը , ասեղների քանակը: պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Համարժեք լինի RTMed korea կամ



B/BRAUN