ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱՁ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող կամ ներծծվող՝ըստ պատվիրատուի պահանջի,ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:

						Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող կամ կտրող՝ըստ պատվիրատուի պահանջի, 36մմ -40մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։

					Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	վիրաբուժական թելեր	Prolus	Prolus	Lotus Surgicals PVT private limited LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող կամ ներծծվող՝ըստ պատվիրատուի պահանջի,ՊՈԼԻՖԻԼՈՄԵՆՏ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:

						Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնակի ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/,որի շնորհիվ վստահելիֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող կամ կտրող՝ըստ պատվիրատուի պահանջի, 36մմ -40մմ։Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում,որն արծածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը,արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը,մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը,գույնը, երկարությունը,թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը ,ասեղի տեսակը, կորությունը ,ասեղների քանակը։պիտանելիության ժամկետը,պահպանման պայմանները։ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։

					Համարժեք լինի RTMed korea կամ B/BRAUN