

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Էլեկտրոդներ երկբևեռ ռեգետոսկոպի համար	RZ-MEDIZINTECHNIK	RZ-MEDIZINTECHNIK	RZ-MEDIZINTECHNIK	Երկբևեռ ՏՈՒՌ Էլեկտրոդ Նախատեսված երկբևեռ ռեգետոսկոպի միջոցով տրանսուրետրալ ռեգեկցիայի համար Համատեղելի արդեն առկա RZ-MEDIZINTECHNIK ընկերության արտադրության Hybrid մոդելի ռեգետոսկոպի հետ Կտրող մասը պատրաստված վոլֆրամից Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, պիտանի առնվազն 6 վիրահատության համար Լինի Նոր, չօգտագործված Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և համապատասխանության

					հավաստագրեր առկա՞ն՝ EN ISO 13485:2016, Council Directive 93/42/EEC, EU 2017/745 Regulation, MDSAP
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UY9F4-EMXU72P-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Էլեկտրոդներ երկբևեռ ռեգետոսկոպի համար	RZ-MEDIZINTECHNIK	RZ-MEDIZINTECHNIK	RZ-MEDIZINTECHNIK	Երկբևեռ ՏՈՒՌ Էլեկտրոդ Նախատեսված երկբևեռ ռեգետոսկոպի միջոցով տրանսուրետրալ ռեգեկցիայի համար Համատեղելի արդեն առկա RZ-MEDIZINTECHNIK ընկերության արտադրության Hybrid մոդելի ռեգետոսկոպի հետ Կտրող մասը պատրաստված վոլֆրամից Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, պիտանի առնվազն 6 վիրահատության համար Լինի Նոր, չօգտագործված Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և համապատասխանության

					հավաստագրեր առկա՞ն՝ EN ISO 13485:2016, Council Directive 93/42/EEC, EU 2017/745 Regulation, MDSAP
--	--	--	--	--	--