

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Բարձր ճնշման Ներարկիչի կոլբա	ANKE	ASA-300	ANKE	Բարձր ճնշման ներարկիչի կոլբա Տեխնիկական առանձնահատկությունների Նկարագրություն Նախատեսված Ներարկման արագության միջակայքը ոչ պակաս քան 0,1-10 մլ/վ, Ներարկման ծավալի միջակայք ոչ պակաս քան 0-200 մլ Նախատեսված ճնշման սահմանը ոչ պակաս քան 350psi, Համատեղելի ANKE ASA-300 բարձր ճնշման Ներարկիչի հետ, RF ռադիո մարկերների առկայություն կրկնակի օգտագործման կանխման համար, համատեղելի ANKE RF համակարգի

				<p>հետ: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, ստերիլ փաթեթավորումով, չօգտագործված, պիտանելիության ժամկետը առնվազն մինչև 12.2025թ,: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ` ISO 9001, ISO14001, ISO 13485:2016, CE 93/42EEC MDD կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UY9F4-EMAMQ2P-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Բարձր ճնշման ներարկիչի կոլբա	ANKE	ASA-300	ANKE	Բարձր ճնշման ներարկիչի կոլբա Տեխնիկական առանձնահատկությունների նկարագրություն Նախատեսված ներարկման արագության միջակայքը ոչ պակաս քան 0,1-10 մ/վ, Ներարկման ծավալի միջակայք ոչ պակաս քան 0-200 մլ Նախատեսված ճնշման սահմանը ոչ պակաս քան 350psi, Համատեղելի ANKE ASA-300 բարձր ճնշման ներարկիչի հետ, RF ռադիո մարկերների առկայություն կրկնակի օգտագործման կանխման համար, համատեղելի ANKE RF համակարգի

				<p>հետ: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, ստերիլ փաթեթավորումով, չօգտագործված, պիտանելիության ժամկետը առնվազն մինչև 12.2025թ,: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001, ISO14001, ISO 13485:2016, CE 93/42EEC MDD կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--