ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
141	Կարդիոմոնիտոր	Կարդիոմոնիտոր	Կարդիոմոնիտոր	Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի առնվազն 15" գունավոր TFT կամ LCD էկրան, առնվազն 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: Առնվազն 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային կամ կիկել ջրածնային մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն առնվազն՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո առնվազն 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի

					լիցքի նվազման ազդանշանից հետո առնվազն 5 րոպե անխափան աշխատանքի հնարավորություն: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն առնվազն 7x24 ժամ: Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն առնվազն 400 ցուցանիշ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն առնվազն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0 mV, ճշտություն՝ 0.02 mV: Պուլսի հաճախության միջակայքը առնվազն՝ 20 ~ 300 bpm, լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1 bpm, ճշտություն՝ ±3 bpm: ԷՍԳ արտածումներն առվնազն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Հզորացման գործակիցներ առնվազն՝ ×250, ×500, ×1000, ×2000: Զգայունություն առնվազն 200 μV (գագաթային արժեք): Դիմադրություն առավելագույնը >5 MΩ: Սրտի հաճախության միջակայք առնվազն 15–380 bpm: Ճշտություն ±1%: Կարգաբերման ազդանշան՝ 1mV ±5%: Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ առավելագույնը 3 վայրկյան: Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք առնվազն 0.3 ~ 3 Ω: Հիմնային իմպեդանս առնվազն՝ 200 ~ 4000: Թողունակություն առնվազն՝ 0.1 ~ 2.5 Hz: Շնչառության հաճախություն առնվազն՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր, մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր: Ճշտություն՝ ±2 շ/ր: Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ 10–40 վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ: Ունի առնվազն

					մանուալ, ավտոմատ և STAT չափման ռեժիմներ: Ավտոմատ չափման ինտերվալներ առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ ավել, քան՝ 5 րոպե: Չափման միջակայքներ առնվազն՝ մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ±3 mmHg: Առավելագույն սխալ՝ ±5 mmHg: Ճնշման պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg: SpO_2 չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%: Լուծաչափություն առավելագույնը 1%: Ճշտություն՝ 70%-100%, ոչ ավել քան 2 միավոր: Ջերմաստիճանի ալիքների քանակ առնվազն՝ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ ±0.1°C (առանց սենսորի): Ունի առնվազն հետևյալ պարագաները՝ NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ , ԷՍԳ մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ առնվազն 40 հատ, SpO_2 սենսոր ա հատ , ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային կամ նիկել ջրածնային մարտկոց ա հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ: Որակի վկայականներ առնվազն, CE, ISO13485, SFDA Դաս Ⅱb, Էլեկտրաշոկի պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO_2/NIBP մոդուլներ՝ BF տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական

				կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
141				