

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդարկետ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
145	NIDEK	ARK1a	NIDEK CO., LTD	Որակյալ և տվյալների բարձր ճշտությամբ ավտոռեֆտոկերատոմետր համալրված լայն բբային զոնայով ռեֆրակցիայի որոշման (փորձաքնություններում կիրառվող) կարողությամբ և ակկոմոդացիայի տիրույթի չափման ֆունկցիաներով` պրեսբիոպների և մանկահասակների տեսողության գնահատման համար: · Կերատոմետրայի չափման հնարավորություն` բացառելով իջաց կոպի արտեֆակտը (օղակաձև չափում) · 6մմ բբային զոնայում ռեֆրակցիայի որոշման հնարավորություն: · Ակկոմոդացիայի չափման տիրույթ` 1-10դ. · Ռեֆրակցիայի որոշման տիրույթ` սֆերա -30.00 ից + 25.00 Դ (VD = 12 մմ) (0.01/0.12/0.25 Դ քայլ) ցիլինդր 0 to ±12.00 Դ (0.01/0.12/0.25 D քայլ) առանցք 0 to 180° (1°/5° քայլ) · Կերատոմետրիայի չափման տիրույթ`

				կորուքյան շառավիղ 5.00 ից 13.00 մմ (0.01 մմ քայլ) ռեֆրակցիայի ուժ 25.96 ից 67.50 Դ ($n = 1.3375$) (0.01/0.12/0.25 Դ քայլ) ցիլինդրիկ ուժ 0 ից ± 12.00 Դ (0.01/0.12/0.25 Դ քայլ) առանցք 0 ից 180° ($1^\circ/5^\circ$ քայլ) · Պղտորությունների՝ կատարակտայի ինդեքսի տրամադրում · X-Y-Z ավտո-որոնման և ավտո-չափման հնարավորություն · Հեռվի և մոտի տեսողության սրության որոշման հնարավորություն · 0.1, 0.1, 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.0, 1.25 · Ներկառուցված օպտոտիպերի առկայություն · Սարքի դիմաց սուբյեկտիվ ռեֆրակցիայի որոշման հնարավորություն (ներկառուցված ֆորոպտերի ֆունկցիա) · Շարժական մոնիտոր · Թերմալ պրինտեր՝ ավտոմատացված թղտի կտրման ֆունկցիայով Սարքը նոր է, չօգտագործված: Սարքի տեղադրումը, կարգավորումները և սարքի շահագործման ուսուցումը իրականացվելու է արտադրող ընկերության կողմից լիազորված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 24 ամսի: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Ամբողջ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ մատակարար ընկերության ինժեների կողմից իրականացվելու են սարքի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-13-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
145				