

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
148	ASPEL	KRH-712	ASPEL SA	<p>ASPEL S.A. Հոլտեր մոնիտորինգ - Լար Լարը նախատեսված է Էլեկտրոդների միացման համար ASPEL S.A. Holter մոնիտորինգի սարքին: Ապահովում է Էլեկտրամիոգրաֆի (ԷԿԳ) ազդանշանի հոսալի փոխանցում առանց որակի կորուստների: Պարտադիր համատեղելիություն ASPEL S.A. Holter սարքերի հետ, որոնք արդեն շահագործվում են համալսարանական հիվանդանոցում: Ունի բոլոր համակարգի ֆունկցիաների աջակցություն՝ ԷԿԳ գրառում, Առիթմիա հայտնաբերումը, հեռակա մոնիտորինգ: Լարի երկարություն՝ հարմար հիվանդասենյակում հիվանդի տեղադրման համար (մոտ 1,5-2 մ, ճշգրիտ երկարությունը նշվում է արտադրողի ստանդարտով): Լարը ճկուն է, չհյուսված, չփաթաթվող հիվանդի շարժումների ժամանակ: Կապիչներ՝ համատեղելի</p>

				<p>Holter ASPEL S.A. սարքի կապիչների հետ: Նրբաթաղանթ՝ բարձրորակ վիճիվ կամ սիլիկոն, դիմացկուն ախտահանման և բազմակի օգտագործման համար: Էլեկտրական պարամետրեր՝ Լարն ունի նվազագույն դիմադրություն և կոնդենսատորային հզորություն՝ ԷԿԳ ազդանշանի ճշգրիտ փոխանցման համար: Համապատասխանություն բժշկական Էլեկտրոտեխնիկական ստանդարտներին: Նոր լար, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիք՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս մատակարարման պահից: Մատակարարը ապահովում է անձնակազմի ուսուցում և սարքի հետ լարի համատեղելիության ստուգում: Մատակարարելուց հետո սարքը բերվելու է վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-13-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
148				