

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	V-14 <sup>TM</sup>	Ուղղորդիչ V-14	Boston Scientific/Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագիծը՝ 0,014դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 182սմ, 300 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ծածկույթը՝ պոլիմերային հիդրոֆիլ: Ռենտգենկոնտրաստ՝ դիստալ հատվածում 10սմ և 38սմ , տեֆլոնային( PTFE)՝ պրոքսիմալ հատվածում: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի ծայրի պահանջվող կոշտությունը՝ 3գ, 6գ: Ծայրի ձևը՝ ձևավորված ուղիղ կամ կոր: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 8սմ, 11սմ: Ուղղորդիչ լարի ծայրը հնարավոր է մոդելավորել: Ցանկացած</p>

				<p>մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-2026/16-13-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
45	-	-	-	-