

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍՄՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	e/1 QC-2 Quality Control	e/1 QC-2 Quality Control	e/1 QC-2 Quality Control	Exias Medical	<p>Որակի հսկման լուծույթ:                      Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 30 սրվակ /տուփ:                      Պահպանման պայմանները` 2-25°C:                      Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը` համաձայն արտադրող ընկերության կողմից</p>

					տրված ուղեցույցի: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9F4-ECXU72F-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20					