ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԵՅԼ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	PCE-430	PCE Instruments	Ընդհանուր նկարագրություն Գնումը վերաբերում է բարձր ճշտության աղմուկի մակարդակի չափման սարքերին, որոնք նախատեսված են քաղաքային և շրջակա միջավայրի աղմուկի չափումների իրականացման համար: Սարքերը պետք է ապահովեն աղմուկի մակարդակի ճշգրիտ չափում, տվյալների գրանցում և տարածական վերլուծության հնարավորություն: Սարքերը նախատեսված են գիտահետազոտական և կրթական կիրառությունների համար՝ ներառյալ դաշտային չափումներ, երթուղային հետազոտություններ և տվյալների հետագա վերլուծություն: Տեսակ Ինտեգրացնող աղմուկի մակարդակի չափիչ սարք (Integrating Sound Level Meter) Ճշտության դաս և ստանդարտներ (պարտադիր) Ճշտության դաս. Class 1 Համապատասխանություն միջազգային ստանդարտին՝ IEC 61672-1:2013 կամ համարժեք Չափման պարամետրեր Սարքը պետք է ապահովի հետևյալ չափումները. Ձայնային ճնշման մակարդակ (Sound Pressure Level) Չափման միջակայք՝ առնվազն 30–130 dB կամ ավելի լայն Հաճախականային քաշումներ՝ A, C և Z Ժամանակային քաշումներ՝ Fast,

				Slow Նշում. Impulse քաշման առկայությունը կարող է դիտարկվել որպես առավելություն, բայց պարտադիր չէ Տվյալների գրանցում (Data logging) Ներկառուցված հիշողություն տվյալների գրանցման համար Չափման արդյունքների պահպանում ժամանակային շարքերի տեսքով Տվյալների արտահանում՝ CSV կամ համարժեք բաց ֆորմատով Չափումների պարտադիր ժամանակային դրոշմ (timestamp) Գեոլոկացիա / տարածական կապ Սարքը պետք է ապահովի չափումների տարածական կապը հետևյալ եղանակներից առնվազն մեկով. Ներկառուցված GNSS (GPS կամ համարժեք) մոդուլ, կամ Արտաքին գեոլոկացիա՝ բջջային հավելվածի միջոցով Կապ և տվյալների փոխանցում USB կամ համարժեք լարային կապ համակարգչի հետ Տվյալների ներբեռնում և մշակում համակարգչային միջավայրում Նշում. Անլար կապի (Bluetooth կամ Wi-Fi) առկայությունը կարող է դիտարկվել որպես առավելություն, բայց պարտադիր չէ: Էներգամատակարարում Վերալիցքավորվող մարտկոց կամ փոխարինելի մարտկոցներ Անընդմեջ աշխատանքի տևողություն՝ առնվազն 8 ժամ Աքսեսուարներ (պարտադիր ներառված) Մատակարարը պետք է ապահովի հետևյալը. Class 1 acoustic calibrator Քամապաշտպան (windscreen) Տրանսպորտային/պաշտպանիչ պատյան Միացման մալուխներ և անհրաժեշտ ծրագրային գործիքներ Ֆիզիկական բնութագրեր Թեթև և շարժական կառուցվածք՝ դաշտային օգտագործման համար Հարմար կրում (ձեռքով, պայուսակով, ամրացմամբ կամ համարժեք) Կալիբրացիա և որակի ապահովում Սարքը պետք է ունենա գործարանային կալիբրացիա Մատակարարը պետք է տրամադրի կալիբրացիայի կամ համապատասխանության հավաստագիր Ակուստիկ կալիբրատորը պետք է համատեղելի լինի սարքի ճշտության դասի հետ Փաստաթղթավորում Մատակարարը պետք է ներկայացնի. Տեխնիկական բնութագիր Օգտագործման ուղեցույց (անգլերեն կամ հայերեն) Երաշխիքային պայմաններ՝ 2 տարի Կիրառման սահմանափակում Սարքը նախատեսված է ուսումնական և

			գիտահետազոտական կիրառության համար և չի նախատեսվում որպես պարտադիր վերահսկման կամ իրավակարգավորիչ չափումների գործիք պետական վերահսկող մարմինների կողմից: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГЕЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			