

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Իներտ Միջավայի Պահարան 4 ձեռնոցով, ազոտի և ջրածնի գեներատորներով, խառնման կայանքով	GBP750S-4	GBP750S-4	TENCAN	Սարքի աշխատանքը ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 կարգի առնվազն 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, դիմապակու հաստությունը առնվազն 12մմ է, որը երկկողմ լամինացված է: Սարքը հագեցած է թթվածնի, օրգանական լուծիչների և խոնավության սենսորներով և դրանց պարունակությունը առավելագույնը 1 PPM կամ ≥99,9995% ապահովվող մաքրման կայանքով՝ առնվազն 1 հատ

առնվազն 6,5 կգ պղնձե, առնվազն 1 հատ առնվազն 6 կգ մոլեկուլային ցանցային ֆիլտրեր, առնվազն 17լ ծավալով օրգանական միացությունների գտման ֆիլտր: Առնվազն 7 դոլյմ սենսորային կառավարման վահանակ, վակուումային պոմպ Edwards RV-12 կամ Vacuubrand կամ Leybold, առնվազն 2\*10-3 վակուումի և 4լ/վ հզորությամբ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ (φ360×600±2մմ և φ150×360±2մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրեր ներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ առնվազն 48 վտ ԼԵԴ լույս: 4 հատ բուլբիլ ձեռնոց 0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ 200\*800±2մմ: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, առնվազն 8 հոսանքի վարդակ, առնվազն չորս ստանդարտ KF-40 պորտեր, կրկնակի HEPA ֆիլտր, առնվազն 100մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, 4 դարակաշար, խցիկի ներքին չափսեր՝ 2000±100\*800±50\*1000±100մմ, սարքի արտաքին չափսեր՝

2600±100x800±50\*1800±100մմ:  
Ազոտի գեներատոր: Գեներացված  
գազի մաքրություն  $\geq 99,999\%$ :  
Սարքը նախատեսված է  
ծեռնոցատուփերին գերմաքուր  
գազային ազոտի մատակարարման  
և պահպանման համար:  
Տեխնիկական պարամետրերն են՝  
արտադրողականություն՝  $\geq 17 \text{ L} /$   
Բոպե: Գեներացված գազի ելքային  
ճնշում՝  $\geq 8$  մթն, գազի պահպանման  
բալոնի ծավալ՝  $\geq 100 \text{ L}$ : Սարքի  
սնուցման պարամետրեր՝ 220 վ /  
50Հց, 1 կվտ: Սարքի արտաքին  
չափսեր՝ 700\*600\*1300 մմ  $\pm 10\%$ :  
Սարքը կառավարվում է  
ծրագրավորվող թվային  
համակարգով, հագեցած է մի շարք  
անվտանգային համակարգերով,  
ինչպես նաև մուտքային/ելքային  
գազերի, բալոնի ճնշման  
ցուցիչներով: Աշխատանքային  
ռեժիմում սարքի աղմուկը ոչ ավել  
քան 50 դբ: Ազոտի գեներատորը  
համալրված է՝ 1) օդի կոմպրեսորով՝  
առնվազն 200 L ծավալով բաքով, 4  
հատ 1500 Վտ անյուղ մեմբրանային  
պոմպերով (ընդհանուր 6 կվտ): 2)  
Օդը չորացնող ավտոնոմ սարքից՝

Նախատեսված է 2,5-3 մ3/ր օդի հզորությամբ կոմպրեսորի արտադրած 8-12 մթնոլորտ ճնշման տակ գտնվող գերտաք օդը սառեցնելու, կոնդենսատը կուտակելու և ավտոմատ կերպով այն հեռացնելու համար: Այն բաղկացած է 600վտ կոմպրեսորից, հովացնող օդափոխիչից, հովացման ջերմափոխանակիչից: Ունի եռաստիճան ֆիլտրման համակարգ՝ ջուրը, օրգանական միացությունները, փոշին, բակտերիաները և հոտերը 99,9% հեռացնելու համար, մաքրված օդում մնացորդների պարունակությունը չպետք է գերազանցի 0,001 մգ/մ3, 0,001 ppm: Ջրածնի գեներատոր: Նախատեսված է գերմաքուր չոր գազային ջրածնի ստացման: Տեխնիկական պարամետրերն են. Գեներացված գազի մաքրություն  $\geq 99,99\%$ : Գեներացված գազի արտադրողականություն.  $\geq 1000$  մլ / րոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում.  $\geq 6$  մթն.: Սարքի սնուցման պարամետրեր. 220 վոլտ/50Հգ, 350 վտ: Սարքի արտաքին չափսեր առավելագույնը 60\*30\*45 սմ: Սարքը

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕԱԱՍ 12Բ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

կառավարվում է ծրագրավորվող թվային համակարգով, հագեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային գազերի ցուցիչներով: Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը ոչ ավել քան 50 դբ: Գազերի խառնման կապակ: Թորոկալորություն առավելագույնը 25 լ/ր, առավելագույն

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	մուտքային ճնշում՝ 60 մթն, առավելագույն ելքային ճնշում՝ 25 մթն, խողովակաշար՝ 8 մմ, տեխնիկական հատկությունները առավելագույնը 2,5%:
1					<p>Համակարգը պետք է ներառի հավելյալ պահեստամասեր՝ 2 զույգ բուրբիլային ձեռնոց, 2 զույգ ձեռնոցի օղակներ, վակուումային յուղ 8 լ, օդի ֆիլտր և կաթիլորսիչ՝ կարգավորվող փականով՝ 1 հատ, 8 և 10 մմ պոլիուրետանյաին խողովակներ՝ 50-ական մետր, միացումների համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ կցամաս, փական, ճնշաչափ և այլն պետք է տրամադրվի մատակարարի կողմից: Փաթեթը ներառում է՝ տեղափոխում և տեղադրում ՕԴՔ ԳՏԿ 2 հարկի լաբորատորիայում, սարքի մեկնարկ, ուսուցում:</p>

					Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	---