

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արժարմացիա ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	ակնաբուժական սարքեր	Ռետինոսկոպ (Սկիասկոպ) Նպատակային կիրառություն. Միոպիայի, հիպերմետրոպիայի, աստիգմատիզմի որոշում Մանկաբուժական ակնաբուժություն Օբյեկտիվ ռեֆրակցիա Տեխնիկական պահանջներ. Սարքը պետք է նախատեսված լինի աչքի ռեֆրակցիայի օբյեկտիվ որոշման համար: Լուսավորման աղբյուրը՝ LED կամ հալոգեն, բարձր լուսային ինտենսիվությամբ: Պետք է ապահովի լույսի գծային կամ կետային ռեժիմ (streak / spot): Ռոտացիոն մեխանիզմ՝ առնվազն

					<p>360° պտտման հնարավորությամբ: Լուսային շեղման/կոնվերգենցիայի կարգավորում: Էրգոնոմիկ ձեռքի սարք: Սնուցում՝ վերալիցքավորվող մարտկոց կամ համատեղելի լիցքավորման համակարգով: Պետք է ապահովի ճշգրիտ ստվերի շարժման գնահատում ռեֆրակցիայի որոշման համար: Պետք է համապատասխան լինի բժշկական սարքերի անվտանգության IEC 60601 ստանդարտներին: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Арфармация ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					