

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
53	Pleur-evac® A-7000	Teleflex	Pleur-evac® A-7000	Teleflex	Թաց արտածման համար ունիվերսալ երկխոռոչ պլևրալ հեղուկի կուտակիչ տարա՝ նախատեսված մեծահասակների և երեխաների կրծքավանդակի դրենաժի համար:Ունի արտածման խոռոչ,որը ծառայում է որպես միակողմանի փական՝ թույլ տալով օդի արտահոսքը պլևրալ տարածքից:Ջրի համար նաժխատեսված խոռոչը ,որը ծառայում է որպես մանոմետր,ինչպես նաև թույլ է տալիս որոշել ջրային արտահոսքի աստիճանը:Պետք է ունենա հեղուկի

				<p>կուտակման 2 խոռոչ՝ 950-1900մլ, պետք է ունենա նմուշառման համար ինքնափակվող դիաֆրագմա, հիվանդի համար խողովակ, հատակին դնելու հարմարանք, որը ունի ավտոմատ փակման մեխանիզմ: Խողովակի սկզբնամասում պետք է առկա լինի մետաղական պաշտպանիչ հատված, որը կկանխի խողովակի արգելափակումը: Առկա է օդի արտահոսքի չափման աղյուսակ, առանց ասեղի խողովակային կցամաս՝ նմուշառման համար և ATS պարկ: Պետք է լինի ստերիլ՝ մեկ անգամյա օգտագործման համար, չպետք է պարունակի լատեքս: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
53	Pleur-evac® A-7000	Teleflex	Pleur-evac® A-7000	Teleflex	Թաց արտածման համար ունիվերսալ երկխոռոչ պլևրալ հեղուկի կուտակիչ տարա՝ նախատեսված մեծահասակների և երեխաների կրծքավանդակի դրենաժի համար:Ունի արտածման խոռոչ,որը ծառայում է որպես միակողմանի փական՝ թույլ տալով օդի արտահոսքը պլևրալ տարածքից:Ջրի համար նածխատեսված խոռոչը ,որը ծառայում է որպես մանոմետր,ինչպես նաև թույլ է տալիս որոշել ջրային արտահոսքի աստիճանը:Պետք է ունենա հեղուկի

				<p>կուտակման 2 խոռոչ՝ 950-1900մլ, պետք է ունենա նմուշառման համար ինքնափակվող դիաֆրագմա, հիվանդի համար խողովակ, հատակին դնելու հարմարանք, որը ունի ավտոմատ փակման մեխանիզմ: Խողովակի սկզբնամասում պետք է առկա լինի մետաղական պաշտպանիչ հատված, որը կկանխի խողովակի արգելափակումը: Առկա է օդի արտահոսքի չափման աղյուսակ, առանց ասեղի խողովակային կցամաս՝ նմուշառման համար և ATS պարկ: Պետք է լինի ստերիլ՝ մեկ անգամյա օգտագործման համար, չպետք է պարունակի լատեքս: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:</p>
--	--	--	--	---