

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Vitek 2 Compact 15	Vitek	Vitek 2 Compact 15	bioMerieux	<p>Սարքը հնարավորություն ունի իրականացնել ինչպես մանրէների նույնականացում, այնպես էլ հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունության որոշում: Մեթոդը՝ կալորիմետրիկ, տուրբիդոմետրիկ թեստավորումը իրականացվում է ավտոմատացված եղանակով՝ օգտագործելով նախապես պատրաստված թեստային քարտեր Միաժամանակ հնարավոր է կատարել առնվազն 15 նմուշի նույնականացում կամ զգայունության թեստավորում: Ապահովում է օգտագործողի</p>

անվտանգությունը՝ սարքի ներսում
ավտոմատ կերպով լցնում է
քարտերը, հերմետիկ փակում,
արդյունքները կարդալուց հետո
նետում դրանք թափոնների համար
նախատեսված տարայի մեջ:
Ծրագրային ապահովումը Windows
օպերացիոն համակարգի հիման
վրա: Նույնականացման
ժամանակային ցուցանիշներ Գրամ
դրական կոկեր՝ 2-8 ժամ Գրամ
բացասական ցուցիկներ՝ 2-10 ժամ
խմորասնկեր՝ մինչև 18 ժամ
Neisseria / Haemophilus խմբի
մանրէներ՝ 2-8 ժամ Անաերոբ և
կորինոֆորմ բակտերիաներ՝ 6-8
ժամ Corynebacterium spp.՝ մոտ 8
ժամ Bacillus spp.՝ մոտ 14 ժամ
Հակաբիոտիկային զգայունության
թեստավորում (AST) Թեստավորման
հնարավորությունը ընդգրկում է՝
Գրամ դրական, Գրամ բացասական
բակտերիաներ և խմորասնկեր:
Յուրաքանչյուր թեստային քարտի
ընթերցում իրականացվում է
յուրաքանչյուր 15 րոպեի մեկ,
օպտիկական ավտոմատ
համակարգի միջոցով: Օպտիկական
համակարգ Օպտիկական

ընթերցման համակարգը աշխատում է երեք տարբեր ալիքի երկարությամբ՝ 660 նմ, 568 նմ, 428 նմ: Անվտանգության պահանջներ Սարքը ունի ամբողջությամբ փակ և հերմետիկ աշխատանքային միջավայր՝ օպերատորի անվտանգությունը ապահովելու համար: ունի ներսում աերոզոլների տարածումը կանխող մեխանիզմներ: Ապահովում է թափոնների անվտանգ հեռացում: Էլեկտրատեխնիկական տվյալներ Օգտագործվող հզորություն՝ մինչև 300 Վտ (առավելագույն՝ 600 Վտ) Լարում՝ 100-240 Վ փոփոխական հոսանք, 50/60 Հց հաճախականությամբ Լրացուցիչ պահանջներ Ապահովում է արդյունքների պահպանում և արտահանում՝ Էլեկտրոնային ֆորմատով (CSV, PDF կամ LIS համակարգի ինտեգրում): Հնարավորություն McFarland արժեքները ավտոմատ գրանցել դենսիտոմետրից սարքի ծրագրային ապահովման մեջ: Ունի ներկառուցված ծրագրային ապահովում՝ ավտոմատ տվյալների

				<p>մշակման և հաշվետվությունների պատրաստման համար: Սարքի չափը 72x68x60 Օգտագործման ինտերֆեյսը բազմալեզու՝ ներառյալ անգլերեն տարբերակ: Ներառյալ սարքի տեղափոխում, տեղադրումը և օգտագործման ուսուցումը սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: FDA և IVD կամ IVDR սերտիֆիկատների առկայություն: Լրակազմը՝ Սարք Համակարգիչ մոնիտորով Անխափան սնուցման սարք օնլայն Դենսիտոմետր Դիսպենսեր Պիպետներ (2 հատ) Աղային լուծույթ Աշխատանքի համար անհրաժեշտ նախնական ռեագենտների և ծախսանյութերի հավաք: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FCXU7QF-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					