ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Vitek 2 Compact 15	Vitek	Vitek 2 Compact 15	bioMerieux	Սարքը հնարավորություն ունի իրականացնել ինչպես մանրէների նույնականացում, այնպես էլ հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունության որոշում: Մեթոդը՝ կալորիմետրիկ, տուրբիդոմետրիկ Թեստավորումը իրականացվում է ավտոմատացված եղանակով՝ օգտագործելով նախապես պատրաստված թեստային քարտեր Միաժամանակ հնարավոր է կատարել առնվազն 15 նմուշի նույնականացում կամ զգայունության թեստավորում: Ապահովում է օգտագործողի

						անվտանգությունը՝ սարքի ներսում ավտոմատ կերպով լցնում է քարտերը, հերմետիկ փակում, արդյունքները կարդալուց հետո նետում դրանք թափոնների համար նախատեսված տարայի մեջ: Ծրագրային ապահովումը Windows օպերացիոն համակարգի հիման վրա: Նույնականացման ժամանակային ցուցանիշներ Գրամ դրական կոկեր՝ 2–8 ժամ Գրամ բացասական ցուպիկներ՝ 2–10 ժամ Խմորասնկեր՝ մինչև 18 ժամ Neisseria / Haemophilus խմբի մանրէներ՝ 2–8 ժամ Անաէրոբ և կորինոֆորմ բակտերիաներ՝ 6–8 ժամ Corynebacterium spp.՝ մոտ 8 ժամ Bacillus spp.՝ մոտ 14 ժամ Հակաբիոտիկային զգայունության թեստավորում (AST) Թեստավորման հնարավորությունը ընդգրկում է՝ Գրամ դրական, Գրամ բացասական բակտերիաներ և խմորասնկեր: Յուրաքանչյուր թեստային քարտի ընթերցում իրականացվում է յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ, օպտիկական ավտոմատ համակարգի միջոցով: Օպտիկական համակարգ Օպտիկական

						ընթերցման համակարգը աշխատում է երեք տարբեր ալիքի երկարությամբ՝ 660 նմ, 568 նմ, 428 նմ։ Անվտանգության պահանջներ Սարքը ունի ամբողջությամբ փակ և հերմետիկ աշխատանքային միջավայր՝ օպերատորի անվտանգությունը ապահովելու համար։ ունի ներսում աերոզոլների տարածումը կանխող մեխանիզմներ։ Ապահովում է թափոնների անվտանգ հեռացում։ Էլեկտրատեխնիկական տվյալներ Օգտագործվող հզորություն՝ մինչև 300 Վտ (առավելագույն՝ 600 Վտ) Լարում՝ 100–240 Վ փոփոխական հոսանք, 50/60 Հց հաճախականությամբ Լրացուցիչ պահանջներ Ապահովում է արդյունքների պահպանում և արտահանում՝ էլեկտրոնային ֆորմատով (CSV, PDF կամ LIS համակարգի ինտեգրում)։ Հնարավորություն McFarland արժեքները ավտոմատ գրանցել դենսիտոմետրից սարքի ծրագրային ապահովման մեջ։ Ունի ներկառուցված ծրագրային ապահովում՝ ավտոմատ տվյալների

					մշակման և հաշվետվությունների պատրաստման համար: Սարքի չափը 72x68x60 Օգտագործման ինտերֆեյսը բազմալեզու՝ ներառյալ անգլերեն տարբերակ: Ներառյալ սարքի տեղափոխում, տեղադրումը և օգտագործման ուսուցումը սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: FDA և IVD կամ IVDR սերտեֆիկատների առկայություն: Լրակազմը՝ Սարք Համակարգիչ մոնիտորով Անխափան սնուցման սարք օնլայն Դենսիտոմետր Դիսպենսեր Պիպետներ (2 հատ) Աղային լուծույթ Աշխատանքի համար անհրաժեշտ նախնական ռեագենտների և ծախսանյութերի հավաք: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԱԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					