# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Սիուն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 22 | 22 Հակամանրէային վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | 22 Հակամանրէային վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | 22 Հակամանրէային վենտրիկուլոպերիտոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող հակաբիոտիկային շունտային համակարգ Ֆունկցիոնալություն • Պետք է ունենա դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • Առնվազն մինչև 3 Տեսլա մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Պետք է ունենա փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիքում՝ Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ Տանտալե |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝ ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար Կառավարման մեխանիզմ՝ • Բացման ճնշման կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն, շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով: Գրավիտացիոն միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10 կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն, ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան պացիենտի համար: Հակաբիոտիկներով հագեցում • Պետք է հագեցված լինեն կլինդամիցինի հիդրոքլորիդով և ռիֆամպիցինով • Հակաբիոտիկի ազդեցությունը պետք է լինի ցածր դոզավորված՝ ալերգիկ ռեակցիաները և ռեզիստենտությունը նվազեցնելու համար Լրակազմ՝ 1. նախախցիկ 2. փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի դեֆլեկտորով 3. պերիտոնեալ կաթետր 4. կառավարվող միավոր(փական) 5. ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Մատակարարելիս CE, ISO 13485, Declaration of Conformity կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 22 | | | | |