

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	22 Հակամանրեային վ ենտրիկուլոպերիտ ոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ	22 Հակամանրեային վ ենտրիկուլոպերիտ ոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ	22 Հակամանրեային վ ենտրիկուլոպերիտ ոնեալ կարգավորվող շունտավորման համակարգ	Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող հակաբիոտիկային շունտային համակարգ ֆունկցիոնալություն • Պետք է ունենա դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • Առնվազն մինչև 3 Տեսլա մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Պետք է ունենա փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիրքում՝ Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ Տանտալե

գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն միավորը՝ բարձրացնելով փականմի բացման ճնշումը՝ ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար Կառավարման մեխանիզմ • Բացման ճնշման կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն, շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով: Գրավիտացիոն միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10 կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն, ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան պացիենտի համար: Հակաբիոտիկներով հագեցում • Պետք է հագեցված լինեն կլինոամիցինի հիդրոքլորիդով և ռիֆամպիցինով • Հակաբիոտիկի ազդեցությունը պետք է լինի ցածր դոզավորված՝ ավերգիկ ռեակցիաները և ռեզիստենտությունը նվազեցնելու համար Լրակազմ՝ 1. Նախախցիկ 2. փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի դեֆլեկտորով 3. պերիտոնեալ կաթետր 4. կառավարվող միավոր(փական) 5. ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Մատակարարելիս CE, ISO 13485, Declaration of Conformity կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից

				ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-15-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22				