

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Crome CRT-D MRI	Crome CRT-D MRI	Medtronic	<p>ԵՊԲՀ հիմնադրամում առկա և շահագործվող Medtronic ծրագրավորիչի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի պեյսմեյկեր-դեֆիբրիլյատոր եռախոռոչ:</p> <p style="text-align: center;">Օրիգինալ: Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր Է ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իր պարագաներով, երկփորոքանի: ՄՌՏ համատեղելիությունը - 1,5 S և 3 S, սկանավորման գոտիների սահմանափակում չկա (սրտի հատվածը ներառյալ), պացիենտի հասակի սահմանափակում չկա, ՄՌՏ սկանավորման միջամտության տևողության սահմանափակում չկա, ՄՌՏ-համատեղելի Էլեկտրոդներով իմպլանտավորման պայմանով, ինչպես նաև հետազոտման անցկացման արտադրողի կողմից պահանջվող պայմանների հետևելու պայմանով:</p>

Կոնսեկտորի տիպը IS-1/IS-1/DF-1; IS-1/IS-1/DF-4; IS-1/IS-4/DF-4: Չափերը՝ ոչ ավել, քան 74մմx51մմ x15մմ, զանգվածը՝ ոչ ավել քան 83գ.: ծավալը ոչ ավել քան 35.5 սմ3: Սարքի նախագծային ծառայության ժամկետը տարբեր աշխատանքային ռեժիմներում կազմում է ոչ պակաս 8.3-9.6 տարի՝ կախված աջ նախասրտային (RA), աջ փորոքային (RV) և ձախ փորոքային (LV) խթանման ամպլիտուդից, խթանման տոկոսից և էլեկտրոդների իմպեդանսից: Մասնավորապես, 500 Օ իմպեդանսի և RA 1.5 V / 0%, RV 2.0 V / 100%, LV 1.75 V / 100% պարամետրերի դեպքում նախագծային ծառայության ժամկետը կազմում է 9: Մարտկոցի տիպը՝ հիբրիդ CFx լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները DDDR; DDD ; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Առավելագույն մատակարարվող էներգիա 36-40 J: Առավելագույն կուտակված էներգիա 42-47 J: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ակտիվ ֆիքսացիայով նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի դեֆիբրիլիացիոն էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, երկու հատ ինտրոդյուսեր, մեկ առաքման համակարգ՝ երկու կաթետրով, 1 հատ բալոն-կաթետր՝ վենոգրաֆիայի համար: Մատակարարը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին

իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:

1. յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Պատվիրատուին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: 2. արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Պատվիրատուին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Պատվիրատուին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից

				<p>ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի իմպլանտացման կանոնների խախտման պատճառով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-15-БПРЗ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-