ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
92	Սմիթ + Նեֆյու	Տոտալ կ / ա էնդոպրոթեզ առանց ցեմենտ 3	Սմիթ + Նեֆյու	Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al7Nb: Մակերեսը՝ խորդուբոր, միկրոանհարթությունների չափը 4-8մկմ, պիրամիդաձև, եվրոկոնուս 12/14: Չափերի քանակը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 14՝ 128մմ, 132մմ, 136մմ, 140մմ, 145մմ, 150մմ, 154մմ, 158մմ, 163մմ, 168մմ, 173մմ, 178մմ, 183մմ, 188մմ: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ օստեոինտեգրացիա: Անկյունը՝ 131°: Ոտիկի մակերեսը հարթ է, առանց երկայնական եզրերի, ելուստների կամ ակոսների: Մետաֆիզար հատվածում, լատերալ կողմից առկա են 5 միջանցիկ անցքեր՝ կողմնորոշված սագիտտալ առանցքի ուղղությամբ: Ինքննակենտրոնացվող, ունի կրկնակի սեպի տեսք: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված

					սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Քացախափոսային գավաթ՝ ոչ ցեմենտային Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al4V: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ օստեոինտեգրացիա: Լրացուցիչ ֆիքսացիա սպոնգիոզ պտուտակներով ոչ պակաս քան 6.5մմ: Անցքերի քանակը 3: Չափերը՝ 46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ. 62մմ, 64մմ, 66մմ: Նախատեսված է պոլիէթիլենային և կերամիկական ներդիրների համար, մակերեսը՝ ծակոտկեն, պատված տիտանի ասիմետրիկ մասնիկներով: Ծածկույթի ծակոտկենությունը կազմում է ոչ պակաս քան 60%, ներքին մակերեսը՝ փայլեցված, բևեռային հատվածում պարուրակային անցք՝ իմպակտորի տեղադրման համար: Բաժակի էկվատորի երկայնքով տեղադրված են ակոսներ ոչ պակաս քան 11 հատ պոլիէթիլենային ներդիրի ֆիքսացիայի համար: Բաժակի ներքին մակերեսին առկա է կոնուսաձև նեղացում, որը նախատեսված է կոշտ ներդիրների ֆիքսացիայի համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Քացախափոսային գավաթի ներդիր Անտիլյուքսացիոն՝

					20° թեքմամբ բաժակի էկվատորի հարթության նկատմամբ: Նյութը՝ խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն: 28 մմ գլխիկի համար-46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: 32մմ գլխիկի համար-48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ, 62մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Գլխիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝ կոբալտ-քրոմ քոքր: 28մմ և 32մմ տրամագծով գլխիկների համար՝ 6 չափ՝ -3մմ, 0մմմ, +4մմ, +8մմ, +12մմ, +16մմ տեղադրման խորությամբ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Կերամիկական գլխիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Կերամիկա Al203ZrO: Ալյումինի օքսիդ -75%, ցիրկոնիումի օքսիդ-23%, քրոմի օքսիդ- 2%: Չափերի քանակ՝11 28մմ տրամագծով գլխիկների համար 3 չափ, 0մմ, +4մմ, +8մմ տեղադրման խորությամբ, 32մմ և 36մմ տրամագծով

					գլխիկների համար՝ 4 չափ, 0մմ, +4մմ, +8մմ, +12մմ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝տիտանի համաձուլվածք: Կրկնակի ծծակույթ՝ տիտանի պլազմային սփրեյ, հաստությունը 180մկմ, հիդրօքսիապատիտ, հաստությունը՝ 50մկմ, ոտիկի վզիկը՝ փայլեցված: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային՝ օստեոինտեգրացիա: Չափերի քանակը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 12, 115,5մմ, 119,5մմ, 125,5մմ, 131,5մմ, 135,5մմ, 139,5մմ, 143,5մմ, 147,5մմ, 151,5մմ, 155,5մմ, 159,5մմ, 163,5մմ, 167,5մմ երկարությամբ: Անկյունը ստանդարտ տարեբարակի համար՝ 135°: Ոտիկի առաջին և հետին մակերեսներին առկա են ակոսներ, պրոքսիմալ հատվածում՝լայնական, իսկ կենտրոնական և դիստալ հատվածներում՝ երկայնական: Լայնական ակոսներ կան նաև մեդիալ մակերեսի վրա: Ոտիկի վզիկը խաչաձև հատույթում կլոր է: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Евромедэкс СПб в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕАЭАПЭФ-2026/16-15-ЭПБС ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
92	Смит + Нефью	Зотал к / а эндопротез без цемента 3	Смит + Нефью	Комплект эндопротеза тазобедренного сустава: ножка бесцементная, размер 14, стандартный офсет, материал — титановый сплав Ti6Al4V ELI, поверхность — пористое покрытие, угол шейки 131°, совместима с головками 28 мм; головка керамическая, диаметр 28 мм, высота +0, совместима с конусом 12/14; вертлужный компонент, диаметр наружной чаши 54 мм, материал — титановый сплав, покрытие пористое, совместима с вкладышами из полиэтилена; вкладыш полиэтиленовый, диаметр 28 мм, толщина 10 мм, материал — сверхвысокомолекулярный полиэтилен, совместим с чашами 54 мм; винт для вертлужного компонента, длина 25 мм, материал — титановый сплав, совместим с чашами 54 мм; набор для установки, включающий инструменты для имплантации ножки, головки, чаши и вкладыша, совместимый с размером 14

Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al7Nb: Մակերեսը՝ խորդուբորդ, միկրոանտարթությունների չափը 4-8մկմ, պորոզության չափերի տարբերակի հասար՝ 14՝ 128մմ, 132մմ, 136մմ, 140մմ, 145մմ, 150մմ, 154մմ, 158մմ, 163մմ, 168մմ, 173մմ, 178մմ, 183մմ, 188մմ: Ամրացման տիպը՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ osseointegration: Անկյունը՝ 131°: Ոտիկի մակերեսը հարթ է, առանց երկայնական եզրերի, ելուստների կամ ակոսների: Մետաֆիզար հատվածում, լատերալ կողմից առկա են 5 միջանցիկ անցքեր՝ կողմնորոշված սագիտտալ առանցքի ուղղությամբ: Ինքննակենտրոնացվող, ունի կրկնակի սեպի տեսք: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայությունը: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պորոզեի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտոարհացային նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:

Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Պտուտակ Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al4V: Չափերի քանակը՝ 10, տրամագիծը՝ 6,5մմ: Երկարությունները՝ 15մմ, 20մմ, 25մմ, 30մմ, 35մմ, 40մմ, 45մմ, 50մմ, 60մմ, 70մմ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պորոզեի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտոարհացային նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:

					սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Քացախափոսային գավաթ՝ ոչ ցեմենտային Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al4V: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ օստեոինտեգրացիա: Լրացուցիչ ֆիքսացիա սպոնգիոզ պտուտակներով ոչ պակաս քան 6.5մմ: Անցքերի քանակը 3: Չափերը՝ 46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ. 62մմ, 64մմ, 66մմ: Նախատեսված է պոլիէթիլենային և կերամիկական ներդիրների համար, մակերեսը՝ ծակոտկեն, պատված տիտանի ասիմետրիկ մասնիկներով: Ծածկույթի ծակոտկենությունը կազմում է ոչ պակաս քան 60%, ներքին մակերեսը՝ փայլեցված, բևեռային հատվածում պարուրակային անցք՝ իմպակտորի տեղադրման համար: Բաժակի էկվատորի երկայնքով տեղադրված են ակոսներ ոչ պակաս քան 11 հատ պոլիէթիլենային ներդիրի ֆիքսացիայի համար: Բաժակի ներքին մակերեսին առկա է կոնուսաձև նեղացում, որը նախատեսված է կոշտ ներդիրների ֆիքսացիայի համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Քացախափոսային գավաթի ներդիր Անտիլյուքսացիոն՝

					20° թեքմամբ բաժակի էկվատորի հարթության նկատմամբ: Նյութը՝ խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն: 28 մմ գլխիկի համար-46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: 32մմ գլխիկի համար-48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ, 62մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Գլխիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝ կոբալտ-քրոմ քոքր: 28մմ և 32մմ տրամագծով գլխիկների համար՝ 6 չափ՝ -3մմ, 0մմմ, +4մմ, +8մմ, +12մմ, +16մմ տեղադրման խորությամբ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Կերամիկական գլխիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Կերամիկա Al203ZrO: Ալյումինի օքսիդ -75%, ցիրկոնիումի օքսիդ-23%, քրոմի օքսիդ- 2%: Չափերի քանակ՝11 28մմ տրամագծով գլխիկների համար 3 չափ, 0մմ, +4մմ, +8մմ տեղադրման խորությամբ, 32մմ և 36մմ տրամագծով

					գլխիկների համար՝ 4 չափ, 0մմ, +4մմ, +8մմ, +12մմ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝տիտանի համաձուլվածք: Կրկնակի ծծակույթ՝ տիտանի պլազմային սփրեյ, հաստությունը 180մկմ, հիդրօքսիապատիտ, հաստությունը՝ 50մկմ, ոտիկի վզիկը՝ փայլեցված: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային՝ օստեոինտեգրացիա: Չափերի քանակը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 12, 115,5մմ, 119,5մմ, 125,5մմ, 131,5մմ, 135,5մմ, 139,5մմ, 143,5մմ, 147,5մմ, 151,5մմ, 155,5մմ, 159,5մմ, 163,5մմ, 167,5մմ երկարությամբ: Անկյունը ստանդարտ տարեբարակի համար՝ 135°: Ոտիկի առաջին և հետին մակերեսներին առկա են ակոսներ, պրոքսիմալ հատվածում՝լայնական, իսկ կենտրոնական և դիստալ հատվածներում՝ երկայնական: Լայնական ակոսներ կան նաև մեդիալ մակերեսի վրա: Ոտիկի վզիկը խաչաձև հատույթում կլոր է: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ:

				Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Պտուտակ Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6Al4V: Չափերի քանակը՝ 10, տրամագիծը՝ 6,5մմ: Երկարությունները՝ 15մմ, 20մմ, 25մմ, 30մմ, 35մմ, 40մմ, 45մմ, 50մմ, 60մմ, 70մմ: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Բոլոր կոմպոնենտրները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: