

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եվրոմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
98	Չդոռովե +	Ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար գամմա մեխ 2	Չդոռովե +	<p>Ազդրոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխ, ներառյալ բլոկավորող պտուտակը(տիտանի համաձուլվածք): Ազդրոսկրի պրոքսիմալ ինտրամեդուլյար կանուլացված մեխ՝ աջ և ձախ: Նյութ՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6: Դիստալ հատվածում՝ 4 անցք, 4 ,6մմ տրամագծով, այդ թվում՝ 1 օվալաձև անցք՝ դինամիզացիայի համար, 1 կլոր անցք ֆրոնտալ հարթության մեջ, 2 կլոր անցք սագիտտալ հարթության մեջ: Դիստալ հատվածից մինչև մոտակա անցքի հեռավորությունը կազմում է 10մմ: Պրոքսիմալ հատվածում պետք է լինի 2 անցք, ֆրոնտալ հարթության մեջ բլոկավորման համար, մեխի դիաֆիզար հատվածի նկատմամբ 130° անկյան տակ, այդ թվում՝ 1 անցք 6.5մմ տրամագծով պտուտակի համար և 1 անցք 11մմ տրամագծով պտուտակի համար: Աջ՝ հաստությունը՝ 10 և 11մմ: Երկարությունը՝</p>

320մմ,340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: Չախ-
հաստությունը՝ 10 և 11մմ, Երկարությունը՝ 320մմ,340մմ,
360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ; Իմպպլանտի վրա պետք է
նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և
խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար
պրոքսիմալ մեխի կենտրոնական պտուտակ(տիտանի
համաձուլվածք) Պտուտակի երկարությունը 10.5-12մմ է:

Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6, ձևը
կանոնաչափված, կանոնի տրամագիծը ոչ պակաս քան
3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ,
100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է
նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և
խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար
պրոքսիմալ մեխի անտիռոտացիոն պտուտակ(տիտանի
համաձուլվածք) Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք:
Պտուտակի արտաքին տրամագիծը 6.5-7.0մմ : ձևը
կանոնաչափված, կանոնի տրամագիծը ոչ պակաս քան
3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ,
100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է
նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և
խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար
մեխի լոքիս պտուտակներ(տիտանի համաձուլվածք)
Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, թույլատրված մարդու
օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար, երկարությունը
ոչ պակաս քան 30մմ: Չափերը ըստ երկարության՝ 30մմ,
35մմ, 40մմ, 45մմ, 50մմ, 55մմ, 60մմ, 65մմ, 70մմ:
Արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ: Գլխիկի
ձևը գլանաձև, շլիցը՝ վեցանկյուն: Պտուտակի վրա
պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը,

			<p>կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդրոսկրի կարճ ինտրամեդուլյար մեխ Նյուլթը՝ տիտանի համաձուլվածք, նախատեսված մարդու օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար: Հաստությունը 10մմ և 11մմ: Երկարությունը ոչ պակաս քան 240մմ: Պրոքսիմալ հատվածում 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 11մմ տրամագծով և 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 6.5մմ տրամագծով: Անկյունը 130°: Դիստալ հատվածում 2 անցք, ոչ պակաս քան 4.6 մմ տրամագծով: Տեղադրման եղանակ՝ ստատիկ և դինամիկ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:</p>
--	--	--	---

320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: Չախ-
հաստությունը՝ 10 և 11մմ, Երկարությունը՝ 320մմ, 340մմ,
360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ; Իմպպլանտի վրա պետք է
նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և
խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար
պրոքսիմալ մեխի կենտրոնական պտուտակ(տիտանի
համաձուլվածք) Պտուտակի երկարությունը 10.5-12մմ է:

Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, BT-6, ձևը
կանոնաչափ, կանոնի տրամագիծը ոչ պակաս քան
3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ,
100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է
նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և
խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար
պրոքսիմալ մեխի անտիռոտացիոն պտուտակ(տիտանի
համաձուլվածք) Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք:
Պտուտակի արտաքին տրամագիծը 6.5-7.0մմ : ձևը
կանոնաչափ, կանոնի տրամագիծը ոչ պակաս քան
3.1մմ է: Ըստ երկարության՝ 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ,
100մմ, 105մմ, 110մմ, 115մմ: Պտուտակի վրա պետք է
նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և
խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդոսկրի երկար
մեխի լոքիս պտուտակներ(տիտանի համաձուլվածք)
Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, թույլատրված մարդու
օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար, երկարությունը
ոչ պակաս քան 30մմ: Չափերը ըստ երկարության՝ 30մմ,
35մմ, 40մմ, 45մմ, 50մմ, 55մմ, 60մմ, 65մմ, 70մմ:
Արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 3.1մմ: Գլխիկի
ձևը գլանաձև, շլիցը՝ վեցանկյուն: Պտուտակի վրա
պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը,

			<p>կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Ազդրոսկրի կարճ ինտրամեդուլյար մեխ Նյուլթը՝ տիտանի համաձուլվածք, նախատեսված մարդու օրգանիզմում իմպլանտացիայի համար: Հաստությունը 10մմ և 11մմ: Երկարությունը ոչ պակաս քան 240մմ: Պրոքսիմալ հատվածում 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 11մմ տրամագծով և 1 կլոր անցք՝ ոչ պակաս քան 6.5մմ տրամագծով: Անկյունը 130°: Դիստալ հատվածում 2 անցք, ոչ պակաս քան 4.6 մմ տրամագծով: Տեղադրման եղանակ՝ ստատիկ և դինամիկ: Պտուտակի վրա պետք է նշված լինեն, արտադրողի անվանումը, կատալոգային և խմբաքանակի համարները, չափսը: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող մեխի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:</p>
--	--	--	---