

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ԶՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
82	.....	.....	.....	<p>"Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում - Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան - Խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5 Fr - Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5 Fr - Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr - Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան - Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: "</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
82	.....	.....	.....	<p>"Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում - Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան - Խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5 Fr - Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5 Fr - Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr - Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան - Աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Եթե առկա է պիտանելիության ժամկետ, ապա հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: "</p>

