

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղստանդարտ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Piramido 2	P200-CU-230	NSK	<p>"Բարձր արագությամբ Էլեկտրական դրելը նախատեսված է նեյրովիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում ոսկրային հյուսվածքի մեխանիկական մշակման համար: Սարքը կիրառվում է գանգոսկրի և ողնաշարի վիրահատությունների ժամանակ՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն, կայուն արագություն և անվտանգ աշխատանք: Շաղափը կառավարվում է ոտնակի միջոցով, կարգավորումները կատարվում են կառավարման վահանակից: Սարքը համալրված է այնպիսի ծայրակալներով (Насадки), որոնք թույլ են տալիս իրականացնել առնվազն հետևյալ միջամտությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Նեյրովիրաբուժություն</li> <li>• Կրանիոտոմիա</li> <li>• Ողնաշարային վիրաբուժություն</li> <li>• Ոսկրային հյուսվածքի հորատում և մշակում բժշկական միջամտությունների ընթացքում Տեխնիկական</li> </ul>

			<p>բնութագրեր՝ Էլեկտրական պարամետրեր •Սնուցման լարում՝ 110–240 Վ AC •Հաճախականություն՝ 50–60 Հց Մոտորի բնութագրեր՝ •Մոտորի պտտման արագություն՝ առնվազն 10000- 80000 պտ/րոպե Ոտնակ՝ •Մալուխի երկարություն՝ 3-4 մ Մոտոր՝ Մալուխի երկարություն՝ 3-4 մ: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Լրակազմում ներառված են բոլոր այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են էլեկտրավիրաբուժական շաղափի մոնտաժման, կարգավորումների և լիարժեք շահագործման համար: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: Մատակարարելիս ISO, CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: "</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Мед Стандарт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-15-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Piramido 2	P200-CU-230	NSK	-