

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պրեպարատիվ քրոմատագրաֆիկ համակարգ պեպտիդների մաքրման համակարգ՝ ISQ EM զանգվածաչափիչով	Vanquish Flex LC/ISQ MS	Vanquish Flex LC/ISQ MS	Thermo Fisher Scientific	Պրեպարատիվ քրոմատագրաֆիկ համակարգ Դիոդ կադապարային , Լիցքավորված աերոգալի և Մասս սպեկտրաչափական դետեկտորներով և ֆրակցիաների հավաքման կայանով ՆՄՌԺՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ • Կրկնակի Լուծիչների քանակը 6 լուծիչ • Երկու աշխատանքային ռեժիմներով վակուումային դեգազացիայի համակարգ 6 գծով: Իրարից անկախ երկու ռեժիմներով աշխատանք(Dual) կրկնակի պոմպ: Խառնման ծրագրավորում • Հոսքերի տիրույթը 0.01-8.0 մլ/ր,

					սանդղակավորումը 0.001մլ/րոպե • Պլունժերների լվացումը ավտոմատացված և ծրագրավորվող • Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը 15000ՊՍԻ • Հոսքի ճշտությունը 0.01% Հոսքի ճշտությունը 0.05% կամ 0.01մլ/րոպե Կենսահամատեղելի pH 1.5-12 Նորմալ ֆազային քրոմատոգրաֆիայի հետ համատեղելի Երկու գծերից մեկը պետք է աշխատի նորմալ ֆազային մյուսը հակադարձային քրոմատոգրաֆիայի մեթոդներով ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԿԱՅԱՆ Նմուշի մնացորդային քանակը(Carryover) ոչ ավել քան 015մկլ 60 հատ 14 մլ սրվակների պարունակությունն սրվակների կոնֆիգուրացիայի առնվազն 5 տարբերակի հնարավորություն : Սրվակների փոփոխության ժանամակահատվախը ոչ ավել քան 0.4վ Հոսքի կառավարումը ծրագրով Նմուշների սառեցման հնարավորությամբ Պատրաստված կենսահամատեղելի նյութերից Ֆրակցիայի հավաքման տրիգեր կարող ` հանդիսանալ համակարգի
--	--	--	--	--	---

բոլոր դետեկտորները ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ
 ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ • Կրկնակի (Dual)
 Ներարկման համակարգ իրարից
 անկախ ներարկումների
 հնարավորությամբ Նմուշի տրման
 ճշտությունը ոչ ավել քան 0,3 % •
 սրվակից ոչ պակաս քան 99
 նմուշարկման հնարավորություն •
 Նմուշի մնացորդային
 քանակը(Carryover) ոչ ավել քան
 0,002% • համակարգի ներարկման
 ճշտությունը ոչ ավել քան + 0.1մկլ •
 Ստանդարտների և նմուշների
 խառնման ծրագրավորված
 իրականացում • Ներարկման
 ծավալի տիրույթը 0,01-1000մկլ •
 Ներարկման գծայնությունը »0,9999
 • Նմուշի ներարկման անհրաժեշտ
 միևնույն ծավալը ոչ ավել 2մկլ եթե
 ներարկվում է 1մկլ • Նմուշի
 ջերմաստիճանային ստաբիլությունը
 +-1 0C ԴԻՈԴԿԱՂԱԴԱՐԱՅԻՆ
 ԴԵՏԵԿՏՈՐ • Ալիքի երկարության
 տիրույթը 190-700նմ • Ալիքի
 երկարության ճշտությունը +-1նմ •
 Ալիքի կրկնելիությունը +-0.5նմ •
 Խցիկի ճնշման կայունությունը
 125ՊՍԻ • Աղմուկը 20X10-6 254 նմ-ի
 տիրույթում ԼԻՑԶԱՎՈՐՎԱԾ

					ԱԵՐՈՉՈԼԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ Հոսքերի տիրույթը մինչև 2մ/րոպե Ջերմաստիճանային կառավարմամբ Ազոտի հոսքը ոչ ավել 4լ/րոպե ՄԱՍՍ ՍՊԵԿՏՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԴԵՏԵԿՏՈՐ Մասսա Լիցք հարաբերության տիրույթը ոչ քիչ քան 10-1200գամ Սկանավորման արագությունը ոչ քիչ 20000 ս/վ Չափսերը ոչ մեծ քան 90-ից 95սմ լայնությամբ և 70-75 սմ բարձրությամբ Տաքացվող Էլեկտրոսփրեյ իոնիզացիա, քիմական իոնիզացիայի հնարավորությամբ: Ազոտի Գեներատոր Ոչ քիչ քամ 25L/ րոպե համապատասխան մասս սպեկտրաչափության և լիցքավորված մասնիկի դետեկտորների համար ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՎՈՒՄԸ` Համակարգը կառավարվում է մեկ ծրագրային փաթեթով ծրագիրը համապատասխանում է GMP/GLP. 21 CFR Part 11 , Annex 11 և GxP պահանջներին , ներառում է օգտատերերի կառավարման համակարգ:Սարքի բոլոր մոդուլները ներառյալ մասս սպեկտրոմետրը կառավարվում են նույն ծրագրի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧ44-ЕУДЗ-12P-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					միջոցով և հնարավոր է մշակել մասս սպեկտրոմետրի արդյունքները:Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերման հնարավորություն : Համակարգը ապահովվում է երրորդ կողմի սարքավորումների լիարժեք ֆունկցիոնալ կառավարում՝ առանց միջանկյալ որակների միջանկյալ որակների համակարգում ներառված են ցանցային խափանումների պաշտպանության համակարգ, որը ապահովում է համակարգի անխափան կառավարում,
Номер лота			Предлагаемый товар		տվյալները հասանելի և հնարավոր է մշակել անկախ ցանցի հասանելիությունից :Համակարգը հագեցած է հնտելեկտուալ գործարկման կառավարման հնարավորությամբ , որը թույլ է տալիս համակարգի ավտոմատացված ստուգումներ սարքի ընթացիկ աշխատանքի ժամանակ : ԵՐԱՇԽԻԲԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Սերտիֆիկացված ինժեների մասնակցությամբ համակարգի տեղադրում և կարգաբերում:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					Սինթեզված ոչ սպիտակուցային պեպտիդների սինթեզի, մաքրման և բնութագրման մեթոդական ուսուցում
--	--	--	--	--	---