

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոսիստեմա ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Boditech	Afias	Boditech Med inc.	"Ներկայացվող համակարգը պետք է նախատեսված լինի մարդու ամբողջական արյան նմուշում <i>Mycobacterium tuberculosis</i>-ի սպեցիֆիկ անտիգեններին ի պատասխան արտադրվող ինտերֆերոն-գամմայի (IFN-γ) որոշման համար: Համատեղելիություն AFIAS անալիզատորների հետ: Նմուշի տեսակ՝ մարդու ամբողջական արյուն: Վերլուծության ժամանակ՝ մոտ 15 րոպե (ինկուբացիայից և ցենտրիֆուգումից հետո): Լրակազմ պետք է ներառի թեստային 3 քարթիջներ՝ համապատասխանաբար արյան նմուշառման վակումային երեք փորձանոթներով, Չիպ/ID քարտ՝ կալիբրացիոն տվյալներով, ծայրակալներ: Պահպանման ջերմաստիճան՝ $+2^{\circ}\text{C}$ - $+30^{\circ}\text{C}$: Ներքին որակի վերահսկման մեխանիզմ (Control line), Արտադրողի կողմից տրամադրվող COA (Certificate of Analysis),

				Համապատասխանություն միջազգային IVD ստանդարտներին: Նոր է, չօգտագործված: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համարժեք: Մատակարարը պարտավորվում է մատակարարել մատակարարաման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը: "
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Биосистемс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-24-100000000-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
24				