

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Արյան մեջ ց ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու	Human	Human	Human	Արյան մեջ ց ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու (CRP)՝ համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Բիոռեագենտի չափը՝ 1X10 մլ, բուֆեր՝ 1X40 մլ, ստանդարտի չափը 2x1մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և

				<p>արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ` ISO 13485, ISO9001, EMAS III:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UР4-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Արյան մեջ ց ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու	Human	Human	Human	Արյան մեջ ց ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու (CRP)՝ համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Բիռեագենտի չափը՝ 1X10 մլ, բուֆեր՝ 1X40 մլ, ստանդարտի չափը 2x1մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և

				<p>արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ` ISO 13485, ISO9001, EMAS III:</p>
--	--	--	--	---