

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
25	Ստուգիչ սիճուկ պաթուղիկ նախատեսված ACCENT 220S ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5 մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT 220S ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ծրագրավորումն իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
25	