

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0105 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Պերմեդիկա (Permedica), Իտալիա	Պերմեդիկա (Permedica), Իտալիա	Պերմեդիկա (Permedica), Իտալիա	Պերմեդիկա (Permedica), Իտալիա	43, Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալուծվող ոտիկ , 2. Ազդրոսկրի ցեմենտային ինքնալուծվող ոտիկ, 3. Ազդրոսկրի գլխիկ PM734, 4. Քացախափոսային գավաթի Ներդիր VITAL-XE, 5. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային JUMP

					համակարգ, 6. Քաջախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային JUMP համակարգ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի մոդմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից,
--	--	--	--	--	---

				նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 6 (վեց) ժամվա ընթացքում: Չափ, Ոտիկի երկարություն (մմ) , Ոտիկի օֆսեթ (մմ), դրանք են 6,25/137/34,8; 7,5/137/34,8; 8,75/139,5/36,1; 10/142/36,1; 11,25/146,5/37; 12,5/147/37,4; 13,75/151,5/38,2; 15/152/38,7; 17,5/162,5/41,4; 20/162,5/41,4SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, մետաֆիզար հատվածում կիրառված է 500 միկրոն հաստությամբ մաքուր տիտանի ծածկույթ, ստացված պլազմային ցողման (plasma spray) մեթոդով՝ ոսկրային աճը խթանելու համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗРЧ - ЕЦДЦПЗР - 26/0105 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43					