ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Քեփիթել» ՍՊԸ -ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Aysam	Aysam	Aysam	Aysam Orthopaedics and Medical Devices	• Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ

						պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ • Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction),

						պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար: • Ծղիկոսկրի պրոքսիմալ հարթակ, նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն, պահանջվող անցքերն են՝ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 անցք, համատեղելի է 2,4մմ պտուտակների համար: • Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը

						նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ Իմպլանտները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է մատակարարվեն տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան գործիքների (հորատներ, պտուտակային ծորակներ, պտուտակահաններ, սահմանափակող պտտող մոմենտի պտուտակահան հորատման թևքով, ուղղորդող գործիքներ, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածու) հետ միասին։ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Պայմանագրի գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում մատակարարը գնորդին

					անհատույց պետք է տրամադրի իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ գործիքներ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	Aysam	Aysam	Aysam	Aysam Orthopaedics and Medical Devices	• Осевая платформа, различная для правой и левой конечностей, платформы с блокировкой и без блокировки, материал изготовления: титановый сплав, на платформе 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 отверстий, комбинированные и фиксированные отверстия, совместима с кортикальными винтами 3,5–2,7 мм и спонгиозными винтами 4,0 мм, с крючком и без крючка для фиксации акромиоклавикулярного сустава, дистальная часть расширена (по запросу) с возможностью фиксации

						блокирующими винтами 2,4 мм и 2,7 мм. • Радиальная/спинальная платформа, материал: титановый сплав, платформы с блокировкой и без блокировки, динамическая компрессия с ограниченным контактом. Необходимые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 9, 10 отверстий, платформа доступна с комбинированными и фиксированными отверстиями (по запросу), совместима с кортикальными винтами 3,5 мм, спонгиозными винтами 3,5 или 4,0 мм с неблокирующей и блокирующей головкой. • Дистальная платформа ключицы, материал: титановый сплав, с фиксацией и без фиксации, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, фиксированные и многонаправленные фиксирующие отверстия в дистальной части платформы, необходимое количество отверстий: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, комбинированные и фиксированные отверстия (по

						запросу), совместима с обычными винтами с нефиксирующейся головкой и винтами с фиксирующей головкой диаметром 2,4 мм и 3,5 мм. • Проксимальная платформа ключицы, материал: титановый сплав, платформы могут быть с фиксацией или без фиксации, динамическая компрессия с ограниченным контактом, необходимое количество отверстий: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, совместима с винтами диаметром 2,4 мм. • Платформа Nerbolok, с латеральной и заднелатеральной фиксацией, материал изготовления: титановый сплав, платформы могут быть с фиксацией или без фиксации. Платформы универсальны для правой и левой конечностей, с дистальным расширением или без него. Требуемые отверстия платформы: 4, 5, 6, 7, 9, 10 комбинированных и фиксированных отверстий (по запросу). Платформа предназначена для обычных кортикальных винтов диаметром 3,5 мм и спонгиозных винтов

					диаметром 4,0 мм с нефиксирующейся головкой и фиксирующей головкой (по запросу). Имплантаты должны быть новыми, неиспользованными и поставляться с необходимыми инструментами для установки (сверла, метчики, отвертки, отвертка с ограничителем крутящего момента и сверлильной втулкой, направляющие инструменты, полный набор необходимых инструментов для установки имплантатов, совместимых с системой LISS). Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA, наличие сертификата соответствия (письма-разрешения), выданного производителем, и сертификата происхождения. В течение всего срока действия договора поставщик обязан бесплатно предоставлять покупателю необходимые инструменты для установки имплантатов.