

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ZERONE	ZERONE	CZ-800	ZERONE Co., Ltd.	<p>Էլեկտրասրտագրության սարք համալրված սպիրոմետրայով: Սարքը օգտագործողի համար հեշտ և ինտուիտիվ է, ունի ԷՍԳ 12 ալիքների միաժամանակյա գրանցման հնարավորություն, գունավոր TFT Էկրան ` 8 դույմ, թողունակությունը ` 800×480 պիքսել, ստանդարտ չափումներ Heart Rate, PR/RR, QRS, QT/QTc, P/QRS/T axis, RV5/SV1/R+S,զգայնությունը` 2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5)mm/mV, տպման արագությունը` 5, 12.5, 25, 50, 100 մմ/վրկ, գրանցումը</p>

12ալիք, ավտոմատ վերլուծություն,  
ռիթմ, առթմիաների  
հայտնաբերում: Ներքին աղմուկը`  
20uV(p-p), CMRR: > 105dB,  
ժամանակային հաստատուն 3.2  
վրկ, Դեֆիբրիլացիայից  
պաշտպանվածություն, Էլեկտրոդի  
անջատման հայտնաբերում,  
պեյսմեյքերի գարկի հայտնաբերում,  
ներկառուցված հիշողության կրիչ  
500 ԷՍԳ-ի համար: Ֆայլերի  
ֆորմատը PDF, JPG, BMP, XML, MFER,  
DICOM, ֆայլերի փոխանցումը USB-ի  
միջոցով :Էլեկտրասնուցումը  
100-240V 2-1A, 50/60Hz,  
Վերալիցքավորվող լիթիում իոնային  
մարտկոցի առկայություն 10.89V  
2.6A , 4 ժամ աշխատանքի  
հնարավորությամբ: Սպիրոմետրը  
աշխատում է որպես ինտեգրացված  
մաս Էլեկտրասրտագրության սարիք  
հետ: Սպիրոմետրայի չափման  
ֆորմատները` FVC, SVC, MVV,  
COPD6, Նախա և հետո  
բրոնխոդիլատացիայի  
համեմատություններ: Չափման  
մեթոդը` չափում ճնշումների  
տարբերությամբ: Չափվող  
արժեքները` FVC, FEV0.5, FEV1,

FEV3, FEV0.5/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEF25-75%, PEF, MFE25%, MEF50%, MFE75%, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, FIV1/FVC, PIF, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, SVC, TV, ERV, IRV, MVV, RR, TV,: Չափման միջակայքը հոսքը  $\pm 14$ լ/վ, ծավալը 15լ, չափման ճշգրտությունը հոսքի դեպքում  $\pm 5\%$ , ծավալի դեպքում  $\pm 5\%$ : Տվյալների ցուցադրությունը` հոսք/ծավալ կորի առկայություն, ժամանակ/ծավալ կորի առկայություն, չափումների աղուսյակ, իրական ժամանակում հոսքի կոր: Սարքը նոր է, չօգտագործված, մատակարարման պահից ոչ ուշ քան 12 ամիս առաջ արտադրված, գործարանային փաթեթավորումով, Համալրված կլինի անհրաժեշտ բոլոր արքեստուարներով էսզ բնականոն գործունեության համար ինչպես նաև 1 հատ սպիրոմետրիայի բռնակի կրիչ, 100 հատ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ բերանակալներ, 3 հատ քթի կլիպներ, օգտագործողի ձեռնարկ` անգլերեն: Երաշխիք 12 ամիս: Որակի վկայականների առկայություն CE ըստ directive



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԻՆԷՅԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					