

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ Crash cart | Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ Crash cart | Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ Crash cart | Արտակարգ և անհետաձգելի բժշկական օգնության սայլակ Crash cart | Այն պետք է նախատեսված լինի հաստատություններում անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպման համար: Սայլակը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ, ամուր և հուսալի սյուներից, որոնք կապահովեն դրա անվտանգ և երկարատև շահագործումը: Սայլակի բոլոր արտաքին և ներքին մակերեսները պետք է լինեն հարթ, հեշտ մաքրվող և դիմացկուն՝ բազմակի անգամ ախտահանիչ և մաքրող միջոցներով մշակմանը: Սայլակը պետք է լինի շարժական, համալրված առնվազն 4 |

(չորս) անիվով, որոնցից
նվազագույնը 2-ը՝ արգելակային
մեխանիզմով: Կոնստրուկցիան
պետք է ապահովի սայլակի
կայունությունը և հեշտ տեղաշարժը
շահագործման ընթացքում: Սայլակը
պետք է ունենա առնվազն 5 (հինգ)
դարակ՝ բժշկական պարագաների և
դեղերի անվտանգ և դասավորված
պահեստավորման համար:
Դարակները պետք է լինեն ամուր,
հեշտ բացվող և փակվող: Սայլակը
պետք է ունենա կնքման (seal)
հնարավորություն՝
պարունակության
ամբողջականության վերահսկման
նպատակով: Սայլակի ընդհանուր
չափերը պետք է ընտրվեն այնպես,
որպեսզի ապահովեն դրա հարմար
և անվտանգ շահագործումը
բժշկական հաստատության
պայմաններում: Սայլակի
բարձրությունը պետք է լինի ոչ
պակաս, քան 90 սմ և ոչ ավելի, քան
110 սմ: Լայնությունը պետք է լինի ոչ
պակաս, քան 50 սմ և ոչ ավելի, քան
70 սմ: Խորությունը պետք է լինի ոչ
պակաս, քան 45 սմ և ոչ ավելի, քան
60 սմ: Թույլատրվում են համարժեք

չափեր՝ չխախտելով սայլակի
ֆունկցիոնալ նշանակությունը:
Սայլակի կոնստրուկցիան պետք է
ապահովի առնվազն 100 կգ
ընդհանուր բեռնվածության
դիմակայունություն՝ ներառյալ
դարակներում տեղադրված
բժշկական պարագաները և
սարքավորումները: Յուրաքանչյուր
դարակ պետք է նախատեսված լինի
ոչ պակաս, քան 10-15 կգ
բեռնվածության համար: Սայլակի
անիվները պետք է ապահովեն
սահուն տեղաշարժ՝ ամբողջական
բեռնվածության պայմաններում:
Սայլակը պետք է ապահովի
բժշկական սարքավորումների
(ներառյալ՝ դեֆիբրիլյատոր կամ
մոնիթոր) տեղադրման կամ
ամրացման հնարավորություն:
Կոնստրուկցիան պետք է լինի
դիմացկուն՝ ինտենսիվ
շահագործման
պայմաններում: Ապրանքը պետք է
լինի նոր, չօգտագործված:
Նախընտրելի գույնը՝ բաց
մոխրագույն կամ այլ բաց գույն:
Վերջնական գույնը, արտաքին
տեսքը, ձևը և որակը պետք է

համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: Սայլակը պետք է ապահովված լինի առանձին տարաներով կամ պահոցներով՝ օգտագործված թափոնների, անհրաժեշտ փաստաթղթերի անվտանգ պահման համար: Պահոցները պետք է լինեն ամուր, հեշտ մաքրվող և ախտահանման դիմացկուն, որպեսզի համապատասխանեն հիվանդանոցի հիգիենիկ և անվտանգության պահանջներին: Սայլակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքայնայնայնակի հետևի հատվածում պետք է լինի կոշտ, հարթ մակերես, նախատեսված սիրտ թոքային վերակենդանացման (CPR) իրականացման համար: Սայլակը պետք է համալրված լինի բժշկական թթվածնի մատակարարման համակարգով, որը պետք է ներառի ստանդարտ բժշկական թթվածնի բալոնի (առնվազն 5-10 լ) ամրացման հատուկ հենակ կամ փակ ամրացման համակարգ՝ ապահով և կայուն ֆիքսմամբ, թթվածնի ճնշման կարգավորիչ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

(ռեդուկտոր) մանոմետրով՝ մուտքային և ելքային ճնշման ցուցիչներով, թթվածնի հոսքի կարգավորիչ հոսքի աստիճանական կարգավորման հնարավորությամբ, խոնավացուցիչ տարա ինչպես նաև թթվածնի ելքային միացման պորտ՝ դիմակների կամ այլ շնչառական օրգանների միացման համար:

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РՀԱԿ-ԲԱԶԱՊԶ-2026/50 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |