

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ-26/15-3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16                 | "Na+K+Cl FUJI DRI-CHEM SLIDE NA-K-CL S որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ<br>բիոքիմիական վերլուծիչների համար:: Ֆորմատ` 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում` NX շարքի վերլուծիչների համար<br>նախատեսված: Նմուշ` արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ` 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485<br>սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only" |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 000000-000000-26/15-3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 16         |                            |