ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԶԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Էլեկտրոդի բռնակ բազմակի օգտագործման	Emed	Emed	Emed	"Էլեկտրոդի բռնակ բազմակի օգտագործման 4մմ ծայրակալների համար 2 անջատիչներ ,մալուխի երկարությունը առնվազն 4մետր, միացման տիպը՝ SDS խրոց, Մոնոպոլյար, համատեղելի լեհական Emed spectrum մոդելի գեներատորի հետ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում ։ Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս։ Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն՝

					առնվազն IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010, IEC 60601-1-2:2015, IEC 60601-1: 2006, ISO 13485, CE MDD 93/42"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	Էլեկտրոդի բռնակ բազմակի օգտագործման	Emed	Emed	Emed	"Էլեկտրոդի բռնակ բազմակի օգտագործման 4մմ ծայրակալների համար 2 անջատիչներ ,մալուխի երկարությունը առնվազն 4մետր, միացման տիպը՝ SDS խրոց, Մոնոպոլյար, համատեղելի լեհական Emed spectrum մոդելի գեներատորի հետ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում ։ Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս։ Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն՝

					առնվազն IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010, IEC 60601-1-2:2015, IEC 60601-1: 2006, ISO 13485, CE MDD 93/42"