

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------------|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | Zhengzhou Dison Instrument and Meter Co., ltd | DISONMED | BN100 Standart | Zhengzhou Dison Instrument and Meter Co., ltd | Շարժական վերակենդանացման սեղան նորածինների համար+C4:C37 նորածինների վերակենդանացում և ծննդաբերության ժամանակ նորածինների անցումային աջակցություն. Բացի այդ, օգտագործվում է ծննդատան նորածինների և ծանր հիվանդ նորածինների համար ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ովքեր մշտական բուժքույրական միջամտություն են պահանջում: Հիմքը հագեցված է չորս հակաստատիկ պտտվող |

անիվներով և երկու արգելակվող
անիվներով Հիմքը հագեցած է
կողային բռնակով/ռելսով՝ հեշտ
դիրքավորման համար Ինտեգրված
հիմք և բռնակներ 2 x 10 լ թթվածնի
բալոնների համար Կողային
սեղանիկ և IV ձող՝ պարագաների և
սարքավորումների տեղադրման
համար: Հագեցած է մեկ ստորին
դարակով Յուրաքանչյուր կողմից
պետք է ունենա պաշտպանիչ
բամպերներ Ունի բարձրության
կարգաբերում Ունի ավտոմատ
տաքացում Ունի մաշկի
ջերմաստիճանի
միկրոպրոցեսորային կառավարման
մոդուլ: Նախնական տաքացում՝
33°C, շեղումը 10% Ունի ձեռքով
ջերմաստիճանի վերահսկման ռեժիմ
Մակերեւութային հսկողության
ջերմաստիճանը միջակայքը՝ 30°C -
37°C միջակայքում, 0,1°C քայլերով.
Մաշկի վերահսկման
ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 32°C -
37°C միջակայքում, 0,1°C
աստիճանով Մաշկի և վերահսկման
ջերմաստիճանի ցուցադրման,
աշխատանքային ռեժիմի և
ջեռուցիչի հզորության ցուցիչների

առկայություն Մահճակալի թեքման մեխանիզմ՝ 0-10° միջակայքում Ունի հինգ աուդիո-վիզուալ ահագանգ Ունի ծալովի վահանակներ Ունի ռենտգենյան խցիկ՝ ինտեգրված մանկական մահճակալի տակ Ունի միջամտությունների լամպ Ունի մեծ ներքնակ Ունի 5 դյույմանոց LCD էկրան՝ APGAR ժամանակաչափով Ունի թթվածնի կենտրոնական մատակարարման համակարգ Ունի թթվածնի հսկողություն Ունի բարձր հոսքի քթի սարք թթվածին/օդ խառնիչի առկայություն թթվածնային հոսքաչափի առկայություն. հոսքի միջակայքը 0 - 25 լ/րոպե Փոքր ծավալի կոնտուրային խողովակի առկայություն Քթի կաննուլաների առկայություն (գումարած լրացուցիչ 10 պահեստային հավաքածու) վաղաժամ և ժամանակին ծնված երեխաների համար Էլեկտրոնային խոնավացուցիչի առկայություն ջրի տարայով և ջերմաստիճանի կարգավորմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 10 | | | | | |